


PREZERVATİF SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Non toksik, antiallerjik silikondan yapılmış olmalıdır.
- 2.Prezervatif sondanın cilde yapışmasını sağlayan tahrişi önleyici jel şeklinde tüp yapıştırıcısı olmalı, ya da yapışkan şeridi olmalıdır.
- 3.Prezervatif sondanın yapışkan şeridi dokunun dolaşımını engellememelidir.
- 4.Prezervatif sondanın yapışkan şeridi/jeli sonda ile cilt arasında içten hem cilde hem de sondaya yapışmalı ve yapışkanlığını uzun süre koruyabilmeli
- 5.Prezervatif sonda ciltte oluşabilecek nemi içerisine emebilmeli ve cildin kullanım süresince kuru kalmasını sağlamalıdır.
- 6.Yapışkan şerit elastik olmalı, kopmamalı ve idrarın geri dönüşünü engellemelidir.
- 7.Prezervatif sondanın uç kısmı idrarın rahatlıkla dışarı atılmasını sağlamalı, kıvrılıp kırılmamalıdır.
- 8.Prezervatif sondanın uç kısmı idrar torbasının uç kısmı ile uyumlu olmalıdır.
- 9.Prezervatif sondanın medium,large,x-large boyutlarında farklı ölçüleri olmalıdır.
- 10.Prezervatif sonda tekli paket içerisinde ambalajlı olmalıdır.
- 11.ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE' ye uygunluğu belgelendirilmelidir.
- 12.Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.(Herbir ölçü için 2 adet numune getirilmelidir,bu numuneler hasta üzerinde uygulanacaktır)

Ayzer Gökçek
KVCUB Sorumlu Henstres


Pınar Demirtaş
KVC Sorumlu
