

SUBGLOTİK ALAN ASPİRASYONLU TRAKEOSTOMİ TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

No: 715

1. Tekli paketlenmiş ve steril olmalıdır.
2. Tüpün kendisi PVC'den üretilmiş olup şeffaf olmalıdır.
3. Kaf Poliüretandan üretilmiş olmalıdır.
4. Kafın cidar kalınlığı en fazla 10 µm olmalıdır.
5. Latex içermemelidir.
6. Tüp eğimi entübasyonu kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.
7. Tüp iç çapı 7,5 mm olmalıdır.
8. Kaf özelliği yüksek hacim düşük basınç (HI-LO) olmalıdır.
9. Düşük kaf cidar kalınlığı sayesinde kafın şişirilmesi ile oluşabilecek kırışıklıkları önleyerek Ventilatör kaynaklı Pnömoni' nin azalmasına yardımcı olmalıdır.
10. Tüp üzerinde aspirasyon hattı bulunmalı, hasta ventilatörden ayrılmadan trakeostomi tüpün özel sistemi ile subglotik alan aspirasyonu yapılabilirdir.
11. Distal uçta bulunan kafın basıncının kontrolünün sağlanması amacı ile tübün uç kısmında pilot balon bulunmalıdır ve pilot balon konnektörü kesinlikle hava kaçağı yapmamalıdır.
12. Tüpün aspirasyon portunun, pilot balondan ayırt edilmesi için beyaz kapaklı olmalıdır.
13. Tüp trakeal bölgede takıldığı alanın görülebilmesi sağlanması amacı ile şeffaf kanatlara sahip olması gerekmektedir.
14. Distal uçta bulunan kafın basıncının kontrolünün sağlanması amacı ile tübün uç kısmında pilot balon bulunmalıdır.
15. Tüpün tespit kanalları üzerinde boyu ve ölçüsü yazılı olmalıdır.
16. Tüpün üzerinde X ray' de görülmesini sağlayan çizgi bulunmalıdır.
17. Tüpün ucunda 15 mm konnektör olmalıdır.
18. Tüpün tespit kanalından itibaren hasta ile bağlantısı olan bölgenin uzunluğu en az 90mm nin üzerinde olmalıdır.
19. Tüpün içerisinden geçen obtüratör tıkanıklığı açabilmeli, kolay ugulanabilmeli ve tüpün ucundan görülebilir nitelikte olmalıdır.
20. Tüpün paketinin içerisinde trakeostomi kanülü, obtüratör ve tespit (sabitleme) bağı olmalı ve bu bağ beyaz renkli olmalıdır.
21. Tüpün kutusunda Türkçe kullanım talimatı olmalıdır.
22. Subglotik alan aspirasyonlu trakeostomi tüpünün paketinin üzerinde iç ve dış çaplarının yazılı olması gerekmektedir.
23. Ürünün CE belgesi ve TITUB kaydı olmalıdır.
24. Örnek numuneler ambalajında gelmelidir ve değerlendirme aşamasında muhakkak gönderilmelidir. Hastanemiz kliniklerinde kullanıcılar tarafından denenerek karar verilecektir.

Doc. Dr. Fikret BİLİRİK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Acil Tıp
Fonk. No: 8804A023
Dip. No: 57800-51050

Nuray DELEN
İç Hast. Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi