



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1641
İstem Tarihi : 09/10/2018
Bölüm Adı : Nöroşirurji Servisi Stoğu

Döküm Tarihi : 12/10/2018 08:18:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J06-065547 ISI KONTROLLÜ AĞRI ELEKTRODU (RF CİHAZI İÇİN)

Isı Kontrollü Ağrı Elektrotu
Teknik Şartnamesi

- 1- Ağrı elektrotu kliniğimizde mevcut N50 RF Jeneratör cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Elektrotu ısı kontrol özelliğine sahip olmalıdır. Böylelikle jeneratörde ayarlanan ısı değerine ulaşıldığında cihaza geri bildirim vererek ısının bu değerin üzerine çıkmamasını sağlamalıdır.
- 3- Elektrot otoklav edilebilir özellikte olmalıdır.
- 4- Elektrod 100mm uzunluğunda olmalıdır.
- 5- Elektrot klinikte mevcut stimülatör ile aynı marka olmalıdır.
- 6- Elektrotun iğne kısmını koruyan çelik boru mevcut olmalıdır.

Prof. Dr. A. Memduh KAYMAZ
T.C. B.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ
Diploma No: 413
Dip. Tescil No: 54473

Doç. Dr. Atıp D. BÖRCEK
T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. No: 2-311/100-11/1. Tesc. No: 154905

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN