

TCPRF/TCSTP TRANSKUTANÖZ ELEKTROT (TRANSKUTANÖZ PULSED RADYOFREKANS/TRANSKUTANÖZ STP PULSED RADYOFREKANS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TCPRF/TCSTP işleminde kullanılacak elektrotlar ağrı tedavisi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Elektrotlar disposable ve kendinden jelli olmalıdır.
3. Elektrot ebatları 45*98 mm (44 cm²) ölçülerinde olmalıdır.
4. Elektrot cilt yüzeyine kolayca yapışmalı ve işlem süresince cilt yüzeyine tutunmalıdır.
5. Elektrotlar omuz ve diz endikasyonları için kullanılabilir. (Osteoarthritis, Rotator Kaf Yırtığı, Nevralji, Donuk Omuz, Tendonit, Miyofasyal, İmpingement vb.)
6. Firma elektrot setlerinin birlikte kullanılacağı TCPRF/TCSTP işlemleri yapabilen jeneratöre uyumlu 2 adet ara kabloyu ücretsiz olarak vermelidir.
7. TİTUBB/ÜTS kaydı olmalıdır.

Prof.Dr.C.Avni BABACAN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Diploma No: 7625
Dip. Tescil No: 27970

Prof. Dr. Mustafa İNAN
T.C. Gazi Hastanesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji - Ağrı Kliniği
Dip. No: 9172 - Dip. Tescil No: 8335