



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1380
İstem Tarihi : 24/09/2018
Bölüm Adı : Merkez Laboratuvarı (Kan Alma) Stoğu

Döküm Tarihi : 24/09/2018 15:09:00

Malzeme Kodu : J01-01F797
Malzeme Adı : GAZLI BEZ 5X5 12 KAT.

ŞARTNAME

1. Kullanılan gaz bezi yağı alınmış %100 pamuk ipliginden dokunmuş tülbent olmalıdır.
2. Kullanılan gaz bezi 30/1 pamuk ipliginden dokunmuş olmalıdır.
3. Gaz kompresler kasarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
4. Gaz kompreslerin üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri veparça bulunmamalıdır.
5. Gaz kompreslerin üzerinde delik, kesik yırtık ve benzeri görünüş bozuklukları bulunmamalıdır.
6. Kullanılan gaz bezinin dokuması sağlam ve düzgün olmalıdır.
7. Gaz kompreslerin cm2 deki tel sayısı TS 14079'a uygun olmalıdır.
8. Gaz kompreslerin m2 ki ağırlığı 27 gr dan az olmalıdır.
9. Gaz kompreslerin çözgü yönünde kopma mukavemeti 6,1 den az olmamalı ve atkı yönündeki kopma mukavemeti 3,5 kgf den az olmamalıdır.
10. Hidrofillik (emcilik) özelliği iyi olmalıdır.(max 10sn)
11. Gaz kompreslerin asidik bazık testinde TS 14079'a göre fenolftalein çözeltisi ve metil oranj çözeltisi ile yapılan deney sonucunda pembe renk görülmemelidir.
12. Gaz kompresler üzerinde boya maddeleri bulunmamalıdır.
13. Gaz kompresler üzerinde haşıl bulunmamalıdır.
14. Gaz kompresler kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır.
15. Gaz kompresler 100 lük ambalajlar halinde olacaktır. Özelliklerini muhafaza edebilecek ve çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
16. Gaz kompreslerin kolileri üzerinde firma bilgileri, boyotları, miktarı, hidrofil olduğu, üretim tarihi, parti numarası, steril ise steril bilgileri bulunmalıdır.
17. Gaz kompresler 5x5 12 kat olacaktır.
18. Üreticiye ait EN ISO 13485 belgesi olacaktır.

Konuların üyesi
Emine Ateş
Okawa

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof.Dr. Mustafa KAVUTÇU
Başhekim Yardımcısı

Doğuş Özgür ŞAHNAOĞLU

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi