

YARA KORUYUCU RETRAKTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Yara koruyucunun tamamı Disposable olmalıdır.
2. Yara koruyucu laparoskopik ve açık cerrahi ameliyatlarında kullanılabilir.
3. Yara koruyucu , atravmatik retraksiyon sağlayan, esnek, sağlam ve şeffaf poliüretan kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır.
4. Yara koruyucu Lateks içermemelidir.
5. Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümdeki ince halkası esnek olmalıdır.
6. Yara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi için üst bölümdeki geniş halka içe veya dışa rahatlıkla bükülebilir olmalıdır.
7. Yara koruyucu toraksa yerleştikten sonra ekartasyon da yapabilmeli ve yara kenarlarını operasyon süresince korumalıdır.
8. Yara koruyucu cerrahi işlem sonrasında tek hareketle batın içinden çekilerek kolayca çıkarılabilir.
9. 2,5 cm - 6 cm ve 5 cm – 9 cm büyüklüğündeki insizyonlarda kullanılabilir.
10. İnsizyonun dışında kalan halkası elle kolaylıkla bükülebilir olmalıdır.
11. Numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.
12. Ürününün hangi boyutundan ve kaç adet alınacağı bölüm tarafından karar verilecektir.
13. 2,5 cm - 6 cm küçük boy seçeneğinden 7 adet
14. 5cm – 7cm orta seçeneğinden 3 adet

Dr. Ali Çelik
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Dip.No: 3111 Dip.Tes.No:66918

Doç. Dr. Ali ÇELİK
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Dip.No: 3111 Dip.Tes.No: 83873