


Kesici Bıçak Teknik Özellikleri

1. Bıçaklar paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Bıçaklar yumuşak doku korunmasını sağlamalı ve çapraz dişleri sayesinde iyi bir kesme performansı sergilemelidir.
3. Hastanemizde bulunan bataryalı motor sistemine uygun olmalıdır.
4. Kesici aparatının içine kolayca takılabilmeli, ek bir aparata ihtiyaç duyulmamalıdır.
5. Teklif edilecek bıçaklar steril pakette olmalıdır.
6. Teklif edilecek bıçaklar aşağıdaki ölçülerde ve adetlerde olmalıdır.
7. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Saw Blad 46/25*6*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	3	Adet
Saw Blad 70/49*10*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	2	Adet
Saw Blad 46/25*10*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	2	Adet
Saw Blad 46/25*14*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	2	Adet
Saw Blad 90/69*18*1/0.8 AO/ASIF-Coupl	1	Adet
Saw Blad 70/49*20*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	1	Adet
Saw Blad 90/69*18*1.2/1 AO/ASIF-Coupl	1	Adet
Saw Blad 90/69*27*1/0.8 AO/ASIF-Coupl	1	Adet
Saw Blad 90/69*27*1.2/1 AO/ASIF-Coupl	1	Adet


Dr. Öğr. Üyesi M. Baybars ATAĞLU
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Diploma No: 13866 Dip.Tes.No: 117179


Prof. Dr. Ulunay KANATLI
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 98-211-008
Dip.Tes. No: 1942