

NITINOL 0.014" SOFT TIP HIDROFILIK MIKRO KLAVUZ TEL DISTAL KISMI
HIDROFILIK KAPLI

SUT KODU:GR2032

SİPARİŞ KODU:S-013150

1. Mikro Kılavuz Tel Nitinol ve Paslanmaz Çelik alaşımdan üretilmiştir. Bu sayede diğer malzemelere göre daha iyi tork verilebilmelidir.
2. Telin distal ucu birçok kere şekillendirilebilir coil yapısındadır.
3. Mikro Kılavuz Telin 35 cmlık distal kısmı Nitinol Hypotube yapıda olmalı ve tortuous anatomilerde atravmatik bir şekilde ilerletilebilmelidir.
4. Mikro Kılavuz telin Proximal ve distal çapı 0.014 inch olmalıdır.
5. Mikro Kılavuz telin distal 10'cm lik kısmı Fluoroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.
6. Mikro Kılavuz telin 200 cm ve 300 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
7. Mikro Kılavuz telin Soft ve Standart olmak üzere iki farklı yumuşaklık seçeneği olmalıdır.
8. Mikro kılavuz Telin düz ve pre-shaped olmak üzere 2 farklı uç şekli olmalıdır.
9. Mikro Kılavuz telin distal 50 cm'lik kısmı ICE® isimli çok kaygan bir hidrofilik polimer malzeme ile kaplı olmalıdır. Geriye kalan proksimal shaft ise Teflon-PTFE kaplı olmalıdır.
10. Mikro Kılavuz telin kutusunun içinden 1 adet Torklama Kilidi ve 1 adet Kılavuz tel introducer'i çıkmalıdır.
11. Mikro Kılavuz tel tek tek, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.


Prof. Dr. M. Baran ONAL
T.C. Gazı Üniversitesi
Gazı Hastanesi
Radyoloji Departmanı Üyesi
Dip. No: 676 Sayı No: 69827


Prof. Dr. Erhan TILGİT
T.C. Gazı Üniversitesi
Gazı Hastanesi
Radyoloji A.D. Başkanı
Diploma No: 7548