



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

Suna KAYA
10. leaf

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 10959

Düzenleme Tarihi : 25.07.2018

KOD : J01-010090 /

MALZEME ADI : OR1370 ASPIRASYON KATETERİ (SONDA) NO: 6

ASPIRASYON SONDA NO:6-8-10 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Sonda şeffaf ve PVC' den yapılmış olmalı, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.
- 2.Konnektör kısmı renkli PVC den yapılmış olmalıdır.
- 3.Sondanın ucu açık ve 45 derece açı ile kesilerek yumuşatılmış olmalıdır.
- 4.Sondalar 6- french ölçülerinde olmalıdır.
- 5.Sondanın uzunluğu 6 Fr numarada konektörden itibaren 40 cm (+/-1) olmalıdır
- 6.
- 7.Sondanın uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen 2 yan deliği bulunmalıdır.
- 8.Sondanın uç kısmı yuvarlatılmış, esnek ve atravmatik olmalı ve paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.
- 9.Konnektör Female olmalıdır.
- 10.Sondalar tek kullanımlık ve steril ambalajlarda olmalıdır.
- 11.Sondalar nontoksik ve ajirojen özellikte olmalıdır.
- 12.Sondalar oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
- 13.Paket üzerinde son kullanım tarihi belirtilmiş olmalı raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 14.Kateter endotrakeal tüp ve airway içinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmelidir.
- 15.ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE marka onayı olmalıdır.
- 16.Her bir malzemede UBB barkod numarası olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Gazi Üniversitesi Hastanesi
Dr. Emine AKKUZU
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çocuk Yoğun Bakım B.D.
Dr. Tese, No: 196629

Suna KAYA
Pediyatri Yoğun Bakım
Sorunlu Hemşiresi



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

Nuray Delen
Fikret Hacı

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

2

Şartname Numarası : 42069

Düzenleme Tarihi : 25.07.2018

KOD : J01-012875 /

MALZEME ADI : OR2120 AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN)

AĞIZ BAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (J01-012875)

1. Setin içerisinde ağız bakım çubukları, solüsyon , jel bulunmalıdır.
2. Ağızda toksik etkisi olmayan, mukozayı tahriş etmeden dudak ve ağız içini temizleyebilecek, medikal özellikte sünger kısmı ve tutma çubuğu olmalıdır.
3. Süngeri ve tutma çubuğu bastırarak temizlemeye uygun şekilde yapılmış olmalı ve temizleme çubuğunun sünger kısmı bakım verirken çıkmamalıdır.
4. Ağız bakım setinin içinde en az 20 adet temizleme çubuğu bulunmalı ve temizleme çubuğu en az 15 cm uzunluğunda kolay kırılmayacak basınca dayanıklı materyalden yapılmış olmalıdır. Sünger kısmı çubuğun sadece ucunu değil etrafını da saracak şekilde geniş olmalı, uygulama sırasında parçalanmamalıdır.
5. Çubuklar tek tek paketlenmiş olmalıdır.
6. Solüsyon ve jelin klorhexidin konsantrasyonu %0,12 ile %2 arasında olmalıdır.
7. Nemlendirici kremi/jeli dudacı uzun süreli nemli tutmalıdır.
8. Nemlendirici kremi/jeli 15 ml +/- 5 olmalıdır. ?
9. Nemlendirici kremi/jeli sürüldükten sonra dudakta beyaz bir tabaka oluşturmamalıdır.
10. Ağızda iyi tat ve hoş koku bırakmalıdır.
11. Örnek numuneler ambalajında gelmelidir ve değerlendirme aşamasında muhakkak gönderilmelidir. Hastanemiz kliniklerinde kullanıcılar tarafından denenerek karar verilecektir.
12. Malzeme teslim edildiğinde 2 yıl kullanım süresi olmalıdır. Son kullanım süresinin dolmasına 4 ay kala malzeme yenileriyle 15 iş günü içinde değiştirilmelidir.
13. CE belgesine sahip olmalıdır.
14. UBB barkodu olmalıdır.

Nuray DELEN
İç Hast. Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi

Doç.Dr. Fikret BİLİK
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Acil Tıp
Diy. No: 8304A023
Etilp. Tels. No: 59639551050

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

Esra hanım
Moje ne ca

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

3

Şartname Numarası : 42358

Düzenleme Tarihi : 25.07.2018

KOD : J01-014629 /

MALZEME ADI : OR2690 RESPIRATÖR DEVRESİ (ERİSKİN) (ISITICISIZ)

(J01-014629) RESPIRATÖR HASTA DEVRESİ (ERİŞKİN)

- 1.Devre PVC den imal edilmiş olmalıdır.
- 2.İnspirasyon hattı 140-160 cm arası olmalıdır.
- 3.Ekspirasyon hattı 140-160 cm arası olmalıdır.
- 4.Su tutucu cihaz tarafından 70-80 cm mesafede olmalıdır.
- 5.Devrenin iki hattında da su tutucu bulunmalıdır.
- 6.Su tutucu biriken suları boşaltmaya imkan veren şekilde olmalı ve bu işlem esnasında devrede hava kaçağı olmamalıdır.(ya da hava kaçağını engelleyici sun tutucuda konnektörden enjektörle boşaltım sistemi olmalıdır.)
- 7.Su tutucuların hortum girişleri dik yapıda olmalıdır.
- 8.Devre hortumlarının iç yüzeyi rezistans oluşturmaması için tamamen düz ve pürüzsüz olmalıdır.
- 9.Devrede Y port bulunmalıdır.
- 10.Y portun üzerinde kapnograf çıkışı bulunmalıdır.
- 11.Her devreyle birlikte bir adet 360 derece dönebilen bronkoskopi uygulamasını imkan sağlayan PVC den imal edilmiş steril kateter mount verilmelidir.
- 12.Devre steril olmalıdır.
- 13.Devre parçaları birleştirilmiş olmalıdır.
- 14.Devrenin makineye bağlanan uçlarında makineye giriş uyumu kolaylaştıran yumuşak adaptörler bulunmalıdır.
- 15.Her ürünün üzerinde UBB barkodu bulunmalıdır.
16. CE Kalite belgesine sahip olmalıdır.
17. Firma tarafından en az 1 adet numune getirilmelidir. Nihayi karar numune incelendikten sonra verilecektir.

Doç.Dr.Müge AYDOĞDU
T.C. G.Ü.T.F.-Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 99-392-126
Din Tescil No: 93981

M. Aydoğdu

Jenine Atike Damla Karahan Astor
D. Karahan

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN