

VELPO BANDAALI KOL ASKISI

1. Velpo bandalı Kol Askısında kullanılan kumaş, 17 Dense, 6mm şardon'a havlu lamineli, cırt yapışır kumaş olmalıdır.
2. Kol Askısı, kol yuvası, askı ve kol sabitleyici olarak üç parçadan oluşmalıdır.
3. Kol sabitleyicinin boyu 135 cm, kol askısının boyu ise 122 cm olmalıdır.
4. Kol sabitlemesi cırt band ile gerçekleşmelidir.

Prof.Dr. Ulunay K. NATLI
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 94 011-008
Dip. Tes. No: 1942

Prof.Dr. Erđinç ESEN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 2508910001456
Dip. Tes. No: 67938

VARİS ÇORABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dokuma % 33 elastan, % 67 polyamide dokuma olmalıdır.
2. Varis çorapları, düşük basınç, sınıf 1, 18- 21 mm Hg basınç olmalıdır.
3. Varis çorapları anti-allerjik, hava geçiren ve parmak kısmı açık olmalıdır.
4. Varis çorapları, yıkanabilir olmalı, yıkama sonrası çorap basınç etkisini ve esnekliğini kaybetmemelidir.
5. Varis çorabın bedeni medium olmalıdır.
6. Birim pakette bir çift çorap bulunmalıdır.
7. Kutu üzerinde ölçü bilgileri, SUT kodu, sahip olduğu kalite işaretleri bulunmalıdır.
8. Kutu üzerinde varis çorabının markası okunaklı olanaklı olarak yazılı olmalıdır.

Prof.Dr. Ömer K. NATLI
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 93-011-008
Dip. Tes. No: 1942

Prof.Dr. Erdinc ESEN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 2500910001425
Dip. Tes. No : 67938

VARİS ÇORABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dokuma % 33 elastan, % 67 polyamide dokuma olmalıdır.
2. Varis çorapları, düşük basınç, sınıf 1, 18- 21 mm Hg basınç olmalıdır.
3. Varis çorapları anti-alerjik, hava geçiren ve parmak kısmı açık olmalıdır.
4. Varis çorapları, yıkanabilir olmalı, yıkama sonrası çorap basınç etkisini ve esnekliğini kaybetmemelidir.
5. Varis çorabın bedeni Large olmalıdır.
6. Birim pakette bir çift çorap bulunmalıdır.
7. Kutu üzerinde ölçü bilgileri, SUT kodu, sahip olduğu kalite işaretleri bulunmalıdır.
8. Kutu üzerinde varis çorabının markası okunaklı olanaklı olarak yazılı olmalıdır.

Prof.Dr. Umut N. NATLI
T.C. G.Ü.T.F. Gazı Hakkı
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 93-811-808
Dip.Tes. No: 1942

Prof.Dr. Erdiñç ESEN
T.C. G.Ü.T.F. Gazı Hakkı
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 2508910001456
Dip. Tes. No : 67938

VARİS ÇORABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dokuma % 33 elastan, % 67 polyamide dokuma olmalıdır.
2. Varis çorapları, düşük basınç, sınıf 1, 18- 21 mm Hg basınç olmalıdır.
3. Varis çorapları anti-allerjik, hava geçiren ve parmak kısmı açık olmalıdır.
4. Varis çorapları, yıkanabilir olmalı, yıkama sonrası çorap basınç etkisini ve esnekliğini kaybetmemelidir.
5. Varis çorabın bedeni X Large olmalıdır.
6. Birim pakette bir çift çorap bulunmalıdır.
7. Kutu üzerinde ölçü bilgileri, SUT kodu, sahip olduğu kalite işaretleri bulunmalıdır.
8. Kutu üzerinde varis çorabının markası okunaklı olarak yazılı olmalıdır.

Prof.Dr. Umut İNANATLI
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 93-011-008
Dip. Tes. No: 1942

Prof.Dr. Erdiç ESEN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 2508910001426
Dip. Tes. No : 67936