



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1858
İstem Tarihi : 30/10/2018
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 30/10/2018 08:41:00

Malzeme Kodu : TM6848
Malzeme Adı : KARL STORZ MARKA 70 DERECE OPTİK LENS TAMİRİ.

KARL STROZ MARKA OPTİK LENS 70 DERECE TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespitinde bulunup teknik servis raporunu Biyomedikal birimine vermek zorundadırlar.
2. 28721CWA katalog numaralı 70 derecelik lensin parçaları orijinal değişmelidir.
3. Cihaz çalışır durumda teslim edilmelidir.
4. Tamiratyapılan cihaza 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
5. Arıza tespitinde bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 6.

<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Kaan KOC GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknisyeni</p>	<p>ONAYLAYAN</p> <p>Murat DOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknisyeni</p>
--	---

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi