



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1896
İstem Tarihi : 31/10/2018
Bölüm Adı : Çocuk Hemodinami Stoğu

Döküm Tarihi : 31/10/2018 12:11:00

Malzeme Kodu : S-016064
Malzeme Adı : DIAGNOSTİK KATETER (3/H)

- 1-Kateter 5F, pigtail özelliğinde olacaktır.
- 2-Ventrikülografi, aortografi için kullanılacaktır.
- 3- Esnek ve yumuşak bir materyalden yapılmış olacaktır.
- 4- Uzunluğu 90-110 cm olmalıdır.
- 5- Önceden şekillendirilmiş uçlarının (memory) damara girişte yönlendirilirken guide-wire ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli aynı materyalden hafızası olacaktır.
- 6- Mükemmel torque (döndürme) kontrollü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç kenar duvarları örgülü çelik telle beslenmiş olacaktır.
- 7- Kateter üzerindeki delikler pediatrik kullanıma uygun olarak loop üzerinde yer alacaktır. Deliklerin uç noktaya olabildiğince yakın olması tercih sebebidir.
- 8- Kateterin bağlantı ucu "Luerlock" sistemine uygun olacaktır ve üzerinde FRENCH numarası belirtilmiş olacaktır.
- 9- Kateter steril, orjinal ambalajında teslim edilecektir.
- 10- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır. 11-Teslim tarihinden itibaren enaz 12 (oniki) ay miatlı olacaktır.
- 12- Kateterler 0.038 (sıfır nokta sıfır otuzsekiz) guide-wire ile kullanılacaktır.
- 13- Kateterler şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
- 14- Kateterin CE belgesi olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p> Dr. Sedat TUNÇÖZ T.C. Gazi Üniversitesi Sani Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D. Telefon No: 79AA155 E-posta No: 31540</p>	<p> Yrd. Doç. Dr. Semiha TOKGÖZ T.C. Gazi Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji B.D. Dipl. No: 113380</p>