



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1899
İstem Tarihi : 31/10/2018
Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 31/10/2018 14:26:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J01-014414	KR1086 PTCA KILAVUZ TEL 0,014" HİDROFİLİK (FLOPPY).

- 1- Koroner anjioplastide kullanılacaktır.
- 2- Telin ucu floppy özellikte olacaktır.
- 3- Telin çapı 0.014 inç, uzunluğu 175-220 cm olacaktır.
- 4- Tel tüm uzunluğu boyunca radyoopak olmalıdır, ancak distal 3 cm'lik ucu gövdesinden daha fazla radyoopasiteye sahip olmalıdır.
- 5- Tel bire bir tork alma özelliğine sahip olacaktır.
- 6- Telin distal ucu damara zarar vermeyecek yapıda yumuşak olacaktır.
- 7- Tel önceden J şekli verilmiş olacak, ancak gerektiğinde kolayca tekrar şekil verilebilecektir.
- 8- Steril orjinal ambalajında olacaktır.
- 9- Teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay miatlı olacaktır.
- 10- Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
- 11- CE belgeli olmalıdır.

<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Doç. Dr. Burak SEZENÖZ T.C. S.Ü. T.F. Gazi Hastanesi KARDİYOLOJİ A.D. Hiz. No: 112145</p>	<p>ONAYLAYAN</p> <p>Doç. Dr. Sedat TÜRKÖĞLU T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Kardiyoloji Diy. No: 94-226-172, Diy. Tab. No: 70247</p>
---	--

Sağlık Teknisyeni Recep DEMİR
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

