



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Tarih: 31.10.2018

DİJİTAL AYAK PEDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Raporlama için sekreterlerin kullanacağı, 2 adet ayak pedalı, stereo kullaklıktan oluşacaktır.
- 2 Transkript kiti Dijital Ses Kayıt Cihazı ile uyumlu olmalıdır.
3. Farklı klasörler kullanılarak DSS dosya yönetimi sağlanmalıdır. .
4. Yazılım ile ses kayıt cihazından dosyaların otomatik olarak transkript yazılımına kolay aktarımı yapılabilmelidir.
5. Transkript yazılımı ile rapörtör ses dosyasını istediği gibi yavaşlatabilmeli veya hızlandırabilmeli, ses düzeyini ayarlayabilmeli, pedal fonksiyonlarının yerini değiştirebilmeli veya en az 3 çeşit farklı konfigürasyonu bulunmalıdır.
6. Transkript kitinde standart kulaklık, ayak pedalı, lisanslı yazılımı ve gerekli ara bağlantı kabloları bulunmalıdır.
7. Ayak pedalı bilgisayara USB ile bağlanabilmeli ve gerekli ara bağlantı kabloları verilmelidir.
8. Kulaklık standart jak ile bilgisayara bağlanabilmelidir.
9. Ayak pedalı ile ileri geri ve dinleme yapılabilmelidir.
10. Tüm sistem 1 yıl boyunca garanti kapsamında olmalıdır.
11. Cihazların kullanma kılavuzları verilmelidir

Doç.Dr. Gonca ERBAŞ
Radyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Prof Dr: Erhan T. ILGIT
Radyoloji Anabilim Dalı
Başkanı