



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ


İstem No : 1877
İstem Tarihi : 30/10/2018
Bölüm Adı : K.B.B. Poliklinik Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 30/10/2018 13:39:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J01-011576	KB1012 KBB VENTİLASYON TÜPÜ (SHEPHARD)

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Materyali fluoroplastikten imal edilmiş olmalıdır. Bu özellik paket üzerinde yazılı olmalıdır.
 - 2- İç çapı 1.14mm, inter flanş çapı 2.4mm olmalıdır. İç çap ölçüsü paket üzerinde yazılı olmalıdır.
 - 3- Timpanik membranda kısa dönemli ve kolay yerleştirilebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
 - 4- Paslanmaz çelikten teli olmalıdır.
 - 5- Malzemenin rengi mavi olmalıdır.
 - 6- EO ile steril edilmiş olmalıdır.
 - 7- Paket üzerinde son kullanma tarihi, malzeme katalog numarası, adı, üretici firma adı, ürün iç çapı, materyali, rengi, LOT numarası, tek kullanımlık olduğu ve CE işareti yazılı olmalıdır.
 - 8- Steril tekli paketlerde 10'luk kutularda bulunmalıdır.
 - 9- Paket üzerindeki etiket kolayca hasta dosyasına yapıştırmak için kolay çıkarılabilmeli ve nereden çıkarılacağına dair işaret bulunmalıdır.
- Ürün paket içinden rahatlıkla görülebilmelidir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Öğr. Gör. Dr. Süleyman CEBECİ T.C.G.U.T.F. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. Tesc. No: 135623</p> 	



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1877
İstem Tarihi : 30/10/2018
Bölüm Adı : K.B.B. Poliklinik Ameliyathane Stoğu


Döküm Tarihi : 30/10/2018 13:40:00

Malzeme Kodu : J01-011578
Malzeme Adı : KB1012 KBB VENTİLASYON TÜPÜ (-T- TİP)

(J01-011578)

GOODE T- TUBES TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Materyali silikon olmalıdır. Paket üzerinde yazılı olmalıdır.
- 2- İleri doğru eğilen yumuşak flanşları sayesinde dar insizyon boyunca girişimi ve rahat çıkarılmasına olanak sağlamalıdır
- 3- Flanşları tüpü TM pozisyonunda tutarken aynı zamanda erken ekstrüsyonda oluşabilecek değişimi engellemelidir.
- 4- Ölçüleri iç çapı 1.14mm (+/- 0,1mm), flanş çapı 9.0mm(+/- 0,1mm), uzunluğu 12.0mm (+/- %10) olmalıdır. Paket üzerinde iç çap yazılı olmalıdır.
- 5- EO ile steril edilmiş olmalıdır.
- 6- Rengi yeşil olmalıdır.
- 7- Paket üzerinde son kullanma tarihi, malzeme katalog numarası, adı, üretici firma adı, ürün iç çapı, materyali, LOT numarası, tek kullanımlık olduğu ve CE işareti yazılı olmalıdır.
- 8- Steril tekli paketlerde 5'lik kutularda bulunmalıdır.
- 9- Paket üzerindeki etiket kolayca hasta dosyasına yapıştırmak için kolay çıkarılabilmeli ve nereden çıkarılacağına dair işaret bulunmalıdır.
- 10- Ürün paket içinden rahatlıkla görülebilmelidir.

<p>Öğr. Gör. Dr. Süleyman CEBECİ T.C. G.U.T.F. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. Dip. Teş. No: 135623</p> <p>HAZIRLAYANLAR</p> 	<p>ONAYLAYAN</p>
---	------------------

Hemşire Tuğün ATALAY

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi