



Giriş iğnesi, tek parça Teknik Şartnamesi

Sut Kodu: GR1237

Sipariş Kodu: S-013283

- 1) İğneler dayanıklı çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Uzunluğu 7 cm. civarında, çapı 18G olmalıdır.
- 3) 0.038" ve daha düşük çaplı Guidewire'ları kabul etmelidir.
- 4) İğne tek parçalı olmalıdır.
- 5) İğnenin ucu, damara girişi kolaylaştırması açısından keskin olmalıdır.
- 6) Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 7) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır.
- 8) Firma kullanım süresi bitiminden iki ay önce başvurulduğunda ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.


Doç. Dr. Mehmet Koray AKKAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Radyoloji
Dip. No: 12261 Dip. Tes. No: 103551


Prof. Dr. Ekrem TILGİT
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Radyoloji A. D. Başkanı
Diploma No: 7548