

NONINVASIV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON FULL FACE MASKE SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske yüze takıldığında, anatomik yapısı ile hava kaçağı yapmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Maske tamamen silikondan üretilmiş olmalı.
2. Hastanın yüzüne tam olarak oturması için, maskenin ağız ile burun arasındaki kısmı bombeli olmalıdır. Maske alın destekli olmamalıdır.
3. Maske, oksijen girişi ve basınç ölçümü gibi amaçlarla kullanılabilen en az 2 giriş portuna sahip olmalıdır.
4. Maske set olarak verilmeli. Set; maske, kafa bandı, standart ekshalasyon portu, hastanede kullanılan devre ile maske arasındaki ara bağlantıyı sağlayacak konnektörden oluşmalıdır.
5. Kafa bandı maskeye uygun olmalıdır. Kafa bandı kafayı tamamen sarmalı kolay deforme olmamalıdır.
6. Firma maske ile birlikte üzerinde ekshalasyon portu bulunan portable noninvaziv cihazları ile kullanıma uygun noninvaziv mekanik ventilatör devresi vermeyi taahhüt etmiş olmalıdır. (1 maskeye 1 devre olacak şekilde)
7. Maskeye takılan hortumun saat yönünde veya tersi yönde dönmesi sırasında maskeye kuvvet uygulanmaması için, maske üzerinde rotasyonu sağlayacak parçası olmalıdır.
8. Kolay kullanım için, maske başlığının maskeye bağlantısı 4 ayrı noktadan yapılabilirdir.
9. Maske başlığının kolay çıkarılıp takılabilmesi için, maskenin sağ ve sol taraflarında 2 adet klips bulunmalıdır.
10. Maske, disposable olmalı ve en az 3 farklı (S, M, L) boyu olmalıdır. Kullanıma göre boylar arasında değişim sağlanmalıdır.
11. Örnek numuneler ambalajında gelmelidir ve değerlendirme aşamasında muhakkak gönderilmelidir. Hastanemiz kliniklerinde kullanıcılar tarafından denenerek karar verilecektir. Teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
12. CE belgesine sahip olmalıdır.
13. UBB barkodu olmalıdır.

Doç. Dr. Filizet BİLDİK
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Acil Tıp
Dip. No: 8804A023
Dip. Tes. No: 59830-51050

Nilüfer YEŞİLDAG
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Acil Sorumlu Hemşire