

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU

BİRİM ve BÖLÜMÜ	PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI	TARİHİ	NO
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği	DOÇ.DR. Ayhan GÜRBÜZ	06/11/2018	3
	TEL : 5823249 05065350433		

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE
(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

'06/2018-21' kodlu ve 'Hücreyel Dolgu Elementlerinin İstinat duvarlarında Kullanımı ' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 1 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İmza:

(Handwritten signature)

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	Özelliği
1	FULL OTOMATİK HİDROLİK YÜKLEME TEST DÜZENEGİ	1	adet	Full otomatik yükleme sistemle birlikte; 100 kN kapasiteli 250 mm stroklu çift tahrikli hidrolik silindir ve silindir ucunda erkek M28 diş ve 300 kN kapasiteli 250 mm stroklu çift tahrikli silindir ve silindir ucunda erkek M28 diş bulunmalıdır. 1 adet full otomatik servo kontrollü hidrolik yükleme test ünitesi bulunmalıdır. Sitem çift pistonlu hareket ettirebilir özellikte olmalıdır. Düşey piston hareket ettirerek basınca getirebilmeli ve hat üzerinde yer alan vana ile sistemi basınçta bırakabilmelidir. Yatay piston ile otomatik kontrollü çekme veya basma yapılabilir özellikte olmalıdır. Sistem yükü stepler halinde kademeli yükleyebilir ve boşaltılabilir özellikte olmalıdır. Sitem 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

3.7.1.90