

1486

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ

NÜKLEER TIP ANA BİLİM DALI PET CT ÜNİTESİNDE KULLANILAN MEDRAD MARKA INTEGO MODEL
PET OTOMATİK ENJEKSİYON SİSTEMİ PARÇA DAHİL BAKIM/ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

(İki adet sistem bulunmaktadır.)

- 1) Bakım anlaşması yılda 2 sefer periyodik parça dâhil bakım içerecektir. Bakımla ilgili raporlar bölüme teslim edilecektir.
- 2) Periyodik bakım takvimi bölüm ile birlikte planlanacaktır.
- 3) Bakım anlaşması dâhilindeki arızalar parça gerektirdiği sürece yüklenici en geç 15 iş günü dâhilinde parçaları ücretsiz temin edecektir. Parça gerektirmeyen arızaların tespit ve onarımı ücretsiz olarak yapılacaktır. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır.
- 4) Tüm parçalar orijinal olarak kullanılacaktır, yan sanayi ürünü kullanılmayacaktır.
- 5) Arızalar ve onarımla ilgili servis raporu bölüme teslim edilecektir.
- 6) Parça gerektirmeyen arızalar en geç 48 saat içerisinde çözülecektir. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır.
- 7) Arızalar yükleniciye sözleşme de belirtilecek olan fax veya email yolu ile bildirilecektir. Bu bildirim resmi sayılır.
- 8) Cihazın yedek parça liste fiyatlandırması idareye sözleşme fiyat teklif ile birlikte verilecektir.
- 9) Bakımı yapacak firma TSE den aldığı hizmet yeterlilik belgesi ve bakım yapacak personelin cihazla ilgili üreticiden aldığı servis mühendisi eğitim belgesini hastaneye sunacaktır.

Doc. Dr. Ümit Özgür AKDEMİR
T.C.G.Ü. Gazi Hastanesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 88-032-034 Dip. Tes. No: 88823

CİHAZ ADI	SÖZLEŞME TÜRÜ	BAKIM PERİYODU
INTEGO MARKA PET OTOMATİK ENJEKSİYON SİSTEMİ	PARÇA DAHİL	6 AYDA 1 SEFER

Doc. Dr. Ümit Özgür AKDEMİR
T.C.G.Ü. Gazi Hastanesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 88-032-034 Dip. Tes. No: 88823

Erkan ÇELİK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.