

Thermo Scientific Marka S 2020 Model Class II Laminair Kabin Yıllık Bakım Onarım Şartnamesi

- Cihazın teknik bakımından önce dekontaminasyon işlemi yapılarak, dekontaminasyon sonrası da iç ve dış temizliği de yapılmalıdır.
- **Mevcut 4 adet UV lambanın** (kullanım süreleri bitmek üzere olan) **değişimi yapılmalıdır.**
- Cihazın mevcut **1 Hepa fitresi, 1 adet de egzost fitresinin** kalan kullanım ömrünü belirleyebilmek için sızdırmazlık testi, hava hızı testleri, duman testi, alarm testi ve fonksiyon testleri yapılmalıdır. **Bu testler sonrasında kullanım ömrü biten filtrelerin değişimi yapılması gerekirse bunun için tekrar fiyat teklifi sunulmalıdır.**
- Cihazın bakımını ve onarımını yapacak olan firmanın ilgili cihaz markası için yetki belgesi olmalıdır ve bu belge sunulmalıdır.
- Bakımı ve onarımını yapacak olan firmanın Türkiye de en az 3 bölgede teknik servisi olmalıdır ve bu belgelendirilerek (TSE-HYB) kurum yetkililerine sunulmalıdır.
- Cihazda 1 yıllık süreç boyunca arıza oluştuğunda, yedek parça hariç olarak resmi tatil ve hafta sonları dışında, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak servis hizmeti verilmelidir. Yukarıda belirtilmeyen yedek parçaların değişimi gerektiğinde bunun için ayrıca fiyat teklifi sunulmalıdır.

Erkan ÇAVDIN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

Doç. Dr. Esra TUĞ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Tıbbi Genetik AD
Dip. No: 98660221 Etil No: 28603

Prof. Dr. Meral YİRMİBİŞ KARAOĞUZ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Tıbbi Genetik Öğretim Üyesi
Dip. No: 918 Dip. Tes. No: 69369

Thermo Scientific Marka TF-371 Model Karbondiyoksitli İnkübatör (İki Adet) Yıllık Bakım Onarım Şartnamesi

- İnkübatörlerin teknik bakımından önce dekontaminasyon işlemi yapılarak, dekontaminasyon sonrası da iç ve dış temizliği de yapılmalıdır
- İnkübatörlerin yılda iki kez (6 ayda bir) periyodik bakımı ve bu esnada elektronik modüllerin kontrolleri yapılmalıdır. Herbir bakımda inkübatörler içindeki Hepa filtrenin değişimi yapılması gerekeceğinden, bir yıllık iki inkübatör için 4 adet Hepa filtrenin temini gerekmektedir.
- Cihazın bakımını ve onarımını yapacak olan firmanın ilgili cihaz markası için yetki belgesi olmalıdır ve bu belge sunulmalıdır.
- Bakımı ve onarımını yapacak olan firmanın Türkiye de en az 3 bölgede teknik servisi olmalıdır ve bu belgelendirilerek (TSE-HYB) kurum yetkililerine sunulmalıdır.
- Cihazda 1 yıllık süreç boyunca arıza oluştuğunda, yedek parça hariç olarak resmi tatil ve hafta sonları dışında, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak servis hizmeti verilmelidir. Yukarıda belirtilmeyen yedek parçaların değişimi gerektiğinde bunun için ayrıca fiyat teklifi sunulmalıdır.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

Doc. Dr. Esra TUĞ
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Genetik AD
Dip. No: 95600303 S. No: 28603

Prof. Dr. Meral YILMAZ KARAOĞUZ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Tıbbi Genetik Öğretim Üyesi
Dip. No: 916 Dip. Tes. No: 69869

Ek-3

Thermo Scientific Marka i160 Model Karbondiyoksitli İnkübatör Yıllık Bakım Onarım Şartnamesi

- İnkübatörün teknik bakımından önce dekontaminasyon işlemi yapılarak, dekontaminasyon sonrası da iç ve dış temizliği de yapılmalıdır
- İnkübatörün **yılda iki kez (6 ayda bir) periyodik bakımı** ve bu esnada elektronik modüllerin kontrolleri yapılmalıdır. Herbir bakımda içindeki bir adet Hepa filtrenin değişimi yapılması gerekeceğinden, **bir yıllık bakım için 2 adet Hepa filtrenin temini gerekmektedir.**
- Cihazın bakımını ve onarımını yapacak olan firmanın ilgili cihaz markası için yetki belgesi olmalıdır ve bu belge sunulmalıdır.
- Bakımı ve onarımını yapacak olan firmanın Türkiye de en az 3 bölgede teknik servisi olmalıdır ve bu belgelendirilerek (TSE-HYB) kurum yetkililerine sunulmalıdır.
- Cihazda 1 yıllık süreç boyunca arıza oluştuğunda, yedek parça hariç olarak resmi tatil ve hafta sonları dışında, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak servis hizmeti verilmelidir. Yukarıda belirtilmeyen yedek parçaların değişimi gerektiğinde bunun için ayrıca fiyat teklifi sunulmalıdır.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Baskentisyen Yrd.

Doc. Dr. Esra TUĞ
T.C. Gazi Hastanesi
Tıbbi Genetik
Dip No: 95600303 Sicil No: 28603

Prof. Dr. Meral YIRMİBES KARAOĞUZ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Tıbbi Genetik Öğretim Üyesi
Dip. No: 918 Dip. Tes. No: 68369