GÜTF SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

EDTALI KAN ALMA TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname 11 maddeden oluşmakta olup hemogardkapaklı,EDTA'lı 4 veya 4,5 ml'lik kan alma tüpünü tanımlamaktadır.

1- 1- Tüpler PET (polietilentetraphalat) malzemeden yapılmış 13x75 mm plastik olmalıdır.
2- Tüplerin içi steril olmalı ve tüpün üzerinde belirtilmeli
3- Tüplerin alt ucu kapalı yarım küre biçiminde olmalı düz olmamalıdır.
4- Tüplerin kapak renkleri uluslararası renk kod sistemine göre eflatun renkte olmalıdır.
5- Tüp üzerinde renk ile uyumlu etiket olmalıdır.
6- Tüp etiketi üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, ürün adı,dolum hacmi, (ml cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalidır.
7- Kan alma seviyesi tüp üzerinde işaretli olmalıdır.
8- Hemogard kapak üzerinde sert plastikten yapılmış bir kapak daha yer almalıdır. Bu kapak iğnenin girebileceği, geri atmayacağı sertlikte olmalı ve cihaz problarıyla uyumlu olmalıdır.
9- Tüplerin kapakları rutin kullanım sırasında kolay açılabilir özellikte olmalıdır.
10- Ambalajlar sağlam olamlı, yükleme taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.
11- En az 50 tüp numunesi kan alma kolaylığı ve cihaz uyumluluğu açılarından denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Prof. Dr. Zühre KAYA
Laboratuvar Sorumlusu

Prof. Dr. Gürsel BİBEROĞLU
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlar
Sorumlusu Yekili