

Yetiřkin Nem ve bakteri tutucu filtre Teknik Őartnamesi

1. Hacmi 150 - 1200 ml arasında tidal hacimde kullanılabilir.
2. Bakteri filtre etkinliđi en az %99,9999 olmalıdır.
3. Bakteri filtre özelliđi hemde nemlendirici özelliđine sahip olmalıdır.HME ısı ve nem deđiřtirici filtre özelliđine sahip olmalıdır.
4. Virüs filtre etkinliđi en az %99,999 olmalıdır.
5. Ölü boşluk en az 51 ml olmalıdır.
6. En az 28 gr ađırlıđında olmalıdır.
7. Filtre elektrostatik olmalıdır.
8. Filtrenin akıřa karřı direnç ölçüsü 1.2 cm H₂O 30 l/dk' de – 2.7 cm H₂O 60 l/dk' de – 4.8 cm H₂O 90 l/dk' de olmalıdır.
9. Filtrenin bađlantıları 22M/15F - 22F/15M olmalıdır.
10. Filtrenin bađlantıları luer lock olmalıdır.
11. Filtrenin kapnograf çıkıřı bulunmalıdır ve bu çıkıřı kullanılırken kapnograf kapađının kaybolmaması için filtrenin üzerinde kapađın kaybolmasını engellemek amacı ile sabitlene bulunmalıdır.
12. Etilen oksit ile steril edilmiř olmalıdır.
13. Kutu ierisinde en az 25 adet bulunmalıdır.
14. Filtre 20 kg dan ađır hastalarda kullanımına uygun olmalıdır.
15. Maksimum sterilite ömrü 5 yıl olmalıdır.
16. Ürünün CE belgesi ve TİTUB kaydı olmalıdır.
17. Örnek numuneler ambalajında gelmelidir ve deđerlendirme ařamasında muhakkak gönderilmelidir. Hastanemiz kliniklerinde kullanıcılar tarafından denenerek karar verilecektir.

Dr. Ay DELEN
i Hast. Yođun Bakım
Sorumlu Hemřiresi

Do Dr. Fikret ALDİK
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Acil Tıp
Dip. No: 8804A023
Dip. Tes. No: 59830-51050