

VERTEBRA ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ-J01-01E294
(KATALOG İÇERİĞİ)

A-KONU

Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır..

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER

- 1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
- 2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamıyla örtü tarafından absorbe edilebilmesi, PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi, en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
- 3-Bu materyel ile üretilen setler, hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
- 4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
- 5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
- 6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

1. Mayo Masa Örtüsü 78 x 145 cm 1 Adet
2. Alet Masa Örtüsü 150 x 200 cm 1 Adet
3. Yapışkan Bantlı Örtü 100 x 120 cm 2 Adet
4. Yapışkan Bantlı Örtü 75 x 100 cm 2 Adet
5. İşaretleme Kalemi – Cetvel 1 Adet
6. Sterilizasyon Bohçası 75 x 75 cm 1 Adet
7. Anestezi Örtüsü
8. 150 x 240 cm 1 Adet
9. Atık Torbası 2 Adet
10. Ayak Örtüsü
11. 150 x 160 cm 1 Adet
12. Medikal Bant
13. 10 x 50 cm 2 Adet
14. Medikal Havlu
15. 40 x 40 cm 2 Adet
16. Korumalı Cerrahi Önlük XL 2 Adet

Dr. Öğrt. Üyesi **ATILIOĞLU**
T.C.G.C.Ü. **ATILIOĞLU**
Ortopedi ve Travmatoloji
Diploma No: 13286 Dip.Tes.No:117179

Dr. Öğrt. Üyesi **ATILIOĞLU**
T.C.G.C.Ü. **ATILIOĞLU**
Ortopedi ve Travmatoloji
Diploma No: 13286 Dip.Tes.No:117179

J01-010171 DİZ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(KATALOG İÇERİĞİ)

A-KONU

Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilen özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımaktadır..

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER

- 1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
- 2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan , alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamıyla örtü tarafından absorbe edilebilmesi , PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi , en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
- 3-Bu materyel ile üretilen setler , hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
- 4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
- 5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
- 6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

*Ekstremiteler(Diz)Örtüsü	200x300cm	1 Adet
*Yan Bantlı Örtü	75x80cm	1 Adet
*Alet Masa Örtüsü	150x200cm	1 Adet
*Mayo Masa Örtüsü	80x150cm	1 Adet
*Yapışkan Bant	10x50cm	1 Adet
*Cerrahi Önlük	Taviyeli	2 Adet
*Havlu	40x40cm	2 Adet
*Cerrahi İşaretleme Kalem ve Cetvel		1 Adet
*Steril Atroskopik Kamera Kılıfı		1 Adet
*Elastik Bandaj		1 Adet
*Ayak için Torba		1 Adet
*Yapışkan Bant		2 Adet

Set içerisindeki Cerrahi Önlük;

- 1-Tek kullanımlık emici olmayan 45gr/m² medikal non-woven ‘dan üretilmiş önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olup , cerrahi eldivenin giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek biçimde bileği kavramalıdır.
- 2-Önlük, yaka açıklığının ayarlanmasını mümkün kılan velcron ihtiva etmelidir.
- 3-Önlüğün boyun kısmı teri emen,sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
- 4-Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı , ayrıca dikiş yerleri dört iplik overlok makinesi ile dikilmeli (ikinci dikiş olmalı) yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi **Yusuf Zinal**
T.C. G. B. T. E. Sağlık Bakanlığı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Diploma No: 13856 / D.İ. No: 117179

J01-010196 KALÇA ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (KATALOG İÇERİĞİ)

A-KONU

Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilir özellikte olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır..

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER

- 1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
- 2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan , alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamıyla örtü tarafından absorbe edilebilmesi , PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi , en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
- 3-Bu materyel ile üretilen setler , hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
- 4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
- 5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
- 6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

*Kalça U Örtüsü	200x250cm	1 Adet
*Bantlı Anestezi Örtü	200x300cm	1 Adet
*Bantlı Ayak Örtüsü	150x180cm	1 Adet
*Alet Masa Örtüsü	100x150cm	1 Adet
*Mayo Masa Örtüsü	80x150cm	1 Adet
*Cerrahi Önlük	Taviyeli	2 Adet
*Havlu	40x40cm	2 Adet
*Cerrahi İşaretleme Kalem ve Cetvel		1 Adet
*Elastik Bandaj		1 Adet
*Ayak için torba		1 Adet
*Yapışkan Bant		2 Adet

Set içerisindeki Cerrahi Önlük;

- 1-Tek kullanımlık emici olmayan 45gr/m² medikal non-woven ‘dan üretilmiş önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastiki olup , cerrahi eldivenin giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyırılmasını engelleyecek biçimde bileği kavramalıdır.
- 2-Önlük, yaka açıklığının ayarlanmasını mümkün kılan velcron ihtiva etmelidir.
- 3-Önlüğün boyun kısmı teri emen,sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
- 4-Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı , ayrıca dikiş yerleri dört iplik overlok makinesi ile dikilmeli (ikinci dikiş olmalı) yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Dr. Mustafa Kemal ÖZGÜÇLÜ
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Üniversitesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Diploma No: 13830 Dip. İes. No: 11Y179

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZGÜÇLÜ
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. No: 525 - Dip. İes. No: 69781