

## ANTİ ALLERJİK FLASTER 10x10 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD: J01-013600

- 1-Polietilen dokuda, esnek ve akrilik yapışkan özelliği olmalıdır.
- 2-Hipoallerjenik ve suya dayanıklı olmalıdır.
- 3-Duyarlı ciltlerde kullanılabilirdir.
- 4-~~15 cm x 10 cm~~ olarak tek tek paketlenmiş olmalıdır.  
10cm x 10cm
- 5-Yapışkanlı kısmı kağıt ile korunmuş olmalı, kağıt orta hattan boylu boyunca kesik olmalıdır.
- 6-Yapışma özelliği yeterli olmalıdır, kendiliğinden ayrılmamalıdır.
- 7-Mamül, üzerine bastırılmak suretiyle akrilik yapışkan tatbik edilmiş ve çıkartılmasını kolaylaştırmak amacıyla kesikli yapıda olan bir çıkartma kağıdı ile korunan, dokuma olmayan esnek bir beyaz kumaştan meydana gelmiş olacaktır.
- 8-Uzunluğu 10m olacaktır.
- 9-Malzeme mikrogözenekli olacak, nem buharı geçirgenliği 500gr/m2/24 saat olacaktır.
- 10-Ciltte çıkarılırken cilt üzerinde yapışkan artık madde ve iz bırakmamalı ve tahriş etmemelidir.
- 11-Malzeme esnek ve elastiki olacak, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalıdır, flasterin enine esnekliği 1-2mm'yi geçmemelidir.
- 12-Paket üzerinde imal tarihi, son kullanım tarihi, UBB barkod numarası bulunmalıdır.
- 13-Flaster üzerindeki koruyucu kağıt kendiliğinden kalkmamalıdır.
- 14-Vücutta uzun süre kaldığında tahriş etmemelidir.
- 15-Ürünün teslimattan sonra en az iki yıl son kullanım süresi olmalıdır.
- 16-İstekli firmalar teklifleri ile beraber 2 adet numune getirmelidir, nihai karar numune değerlendirmesinden sonra verilecektir.

Doc. Dr. Fikret BILDİK  
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
GAZİ HASTANESİ  
Acil Tıp  
Dip. No: 8804A023  
Dip. Tes. No: 59830-51030

Fatma AYAR  
Trans. Sorumlusu  
Sorumlu Hemşiresi