

## ŞARTNAME

### S-01130209 LESTER JONES TÜPÜ 2531 İSTEK NOLU MALZEME

Lakrimal drenaj sistemi kanaliküler stenoz tedavisi için kullanılır.

-Pyrex yapıda olmalıdır.

-Poroz yapı içermemelidir.

-Boyutları 12x3 mm ve 13x3 mm olup milimetrik boyutları hasta bazlı hesaplanıp ,firma ile değiştirilebilme seçeneği olmalıdır.

-12x3 mm 10 adet

-13x3 mm 10 adet

Doç. Dr. Bahri Ay  
Gazi Ü.T.F.Ç. Hastaneleri  
Dip. No: 00092-086  
Sicil No: 25474

Dr. Öğr. Üyesi Betül Seher UYSAL  
Gazi Ü. T. F. Ç. Fak. Hastanesi  
Göz Hastalıkları  
Dip. Tes. No: 147 604



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

Döküm Tarihi : 24/12/2018 08:53:00

İstem No : 2531  
İstem Tarihi : 14/12/2018  
Bölüm Adı : Göz Poliklinik Ameliyathanesi Stoğu

Malzeme Kodu : J01-01F046  
Malzeme Adı : KULAK PAMUĞU

ŞARTNAME

1. CİLDİ TAHRİŞ ETMEYECEK ÖZELLİKTE OLMALI.
2. TESLİM TARİHİ İTİBARI İLE EN AZ 1 YIL MİADI OLMALI, ÜZERİNDE SON KULLANIM TARİHİ YAZMALIDIR.
3. TIRNAK ÇEKİM İŞLEMİNDE KULLANILACAĞI İÇİN KİMYASAL MADDELERE TEMAS EDECEĞİNDEN ÇABUK DAĞILMAMALI VE BOZULMAMALIDIR.

Dr. Öğr. Üyesi Betül Seher UYSAL  
Gazi Univ. Tıp. Fak. Hastanesi  
Göz Hastalıkları  
Dip. Tes. No: 147 604

<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Hülya AKBAŞ Göz Poliklinik Lokasyonu Sorumlusu</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
--	------------------

Hemşire Hülya AKBAŞ  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi