

J01-010385 KEMİK MUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1· Vücut içinde bırakılabilmelidir
- 2· Genellikle 2-3 hafta içerisinde absorbe olmalıdır.
- 3· Etken maddesi wax olmalıdır.
- 4· PET poşet içinde olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi yazmalıdır.
- 5· Sağlık bakanlığı tarafından verilmiş ruhsata tabi olmalıdır.
- 6· Kutu içerisinde en az 12 adet bulunmalıdır.
- 7· Bir tabletin ağırlığı 2,5 gr. Olmalıdır.
- 8- Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Mesut Emre Yaman


Doç.Dr. Mesut Emre YAMAN
T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip.No:94176 Dip.Tes.No:125727

[Signature]
Prof. Dr. Mustafa FÜNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 826 - Dip.Tes.No:69784

SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU

1. Malzeme okside olmuş rejener selülozdan yapılmıştır.
2. Malzeme en az 5cmx7,5cm ebatlarındadır.
3. Vücut içinde bırakılabilir.
4. Bitkisel kaynaklıdır. Hayvan yada insan bazlı kontaminan içermez.
5. Malzeme ulaşılması zor alanlarda küçük parçalar halinde kopartılıp, ayrıştırılarak, ped halinde, yuvarlanarak ve tabakalar halinde kullanılabilir.
6. Nöroşirürji ameliyatlarında beyin dokusunu travma etmeyecek şekilde yumuşaktır ve kolay şekil verilebilir.
7. Eldivene ve cerrahi aletlere yapışmaz ve malzemeyle beraber koter kullanımı sağlanabilir.
8. Geniş bir bakterid etkiye sahiptir.
9. Emilebilen özelliktedir
10. Hemostaz sağlar.
11. Malzeme hemen kullanıma hazırdır ve ıslatılma ,karıştırma gibi ön hazırlığa gerek kalmaz.
12. Birim Ambalaj:Malzemenin kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalajlanmıştır.. Bir adet = Bir poşettir.
- 13.Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmıştır.
 - a. İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı,
 - b. Sterilite ibaresi, sterilizasyon metodu,
 - c. Son kullanma tarihi
 - d. UBB barkodu
 - e. Lot numarası yazılıdır.
- 14.Kutu Ambalaj : Ambalajlama aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir.
 - a. İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmiştir.
 - b. Seri veya kontrol numarası vardır.
 - c. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajın üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı vardır.
 - d. Kutular, depolama ve taşıma şartlarında kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak şekilde ambalajlanmıştır.
15. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.


Doç. Dr. Mesut Emre YAMAN
T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip.No:54176 Dip.Tes.No:125727


Prof. Dr. Mustafa FÜNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 826 - Dip.Tes.No:69721

J01-016989 ENDOSKOPIK LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU OYNAR BAŞLIKLİ 60X3,5 MM

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Açık ve Endoskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
3. Açık ve endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zımba atma işi yapılabilmelidir.
4. Yükleme ünitesi bıçaklı kartuş ve anvil ile birlikte gelmeli veya anvil ve bıçak uyumlu stapler üzerinde ise sadece zımba yüklü kartuş şeklinde olmalıdır.
5. Yükleme ünitesi 0-45 derece arasında açı yapabilmeli veya kartuşla uyumlu stapler 0-45 derece açı yapabilme özellikte olmalıdır.
6. Çift sıralı üç hat boyunca 60 mm uzunluğunda olmalıdır.
7. Zımba kapandıktan sonra "B" formasyonu almalı ve şeklini korumalıdır. (Cerrahi girişim sırasında numune değerlendirme kapsamındadır.)
8. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 3,5(+/- 0,2) mm ateşlenmeden sonra 1,5(+/- 0,2) mm olmalıdır.
9. Steril orijinal pakette olmalıdır. Paket üzerinde malzemenin özellikleri, sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi ve UBB barkodu olmalıdır.
10. Teklif edilen malzeme için CE veya FDA belgesi verilmelidir.
11. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
12. Prospektüete yazan bir vakalılık tabancanın ateşleme sayısına göre her 12 kartuş için bir stapler veya her 25 kartuş için bir stapler ücretsiz verilecektir.
13. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.


Dr. Ömer ŞAKRAK

Prof. Dr. Ömer ŞAKRAK
T.C. Gazi Üni. Hastanesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. No: 825 / Dip. Tes. No: 82781

J01-01E488 ENDOSKOPIK, OYNAR BAŞLI TETİKLİ DÜZ KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU 60X2,5 MM

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Açık ve Endoskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
3. Açık ve endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zımba atma işi yapılabilmelidir.
4. Yükleme ünitesi bıçaklı kartuş ve anvil ile birlikte gelmeli veya anvil ve bıçak uyumlu stapler üzerinde ise sadece zımba yüklü kartuş şeklinde olmalıdır.
5. Yükleme ünitesi 0-45 derece arasında açı yapabilmeli vraya kartuşla uyumlu stapler 0-45 derece açı yapabileme özellikte olmalıdır.
6. Çift sıralı üç hat boyunca 60 mm uzunluğunda olmalıdır.
7. Zımba kapandıktan sonra "B" formasyonu almalı ve şeklini korumalıdır. (Cerrahi girişim sırasında numune değerlendirme kapsamındadır.)
8. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 2,5(+/- 0,2) mm ateşlenmeden sonra 1(+/- 0,2) mm olmalıdır.
9. Steril orijinal pakette olmalıdır. Paket üzerinde malzemenin özellikleri, sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi ve UBB barkodu olmalıdır.
10. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
11. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.
12. Prospektüete yazan bir vakalık tabancanın ateşleme sayısına göre her 12 kartuş için bir stapler veya her 25 kartuş için bir stapler ücretsiz verilecektir.


Prof. Dr. Yusuf ÜNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. No: 825 - Dip. Tes. No: 69784


Prof. Dr. Murat AKIN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Cerrahi
Dip. No: 1158 - Dip. Tes. No: 83503

