

J01 - 0/280

3

TEK LUMENLİ KATETER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek amacıyla enjektör çıkarılmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan valfli; (1.3 mm 18 G çapında, en çok 90 mm uzunluğunda)olmalıdır.
2. Kateter, poliüretan ve radyopak olmalıdır.
3. Kateter soft uçlu olmalıdır.
4. Kateter, kolay okunabilir uzunluk işaretli olmalıdır.
5. Kateter, tek lumenli, 15/20 cm uzunluğunda, 16 G çapında olmalıdır.
6. Kateterde, farklı renkler ile kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.
7. Kateterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klipi olmalıdır.
8. Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta, en az 50 cm olmalıdır.
9. Dilatatör olmalıdır.
10. Set içerisinde ucu çevirmeli kilit bağlantılı enjektör (5 ml) olmalıdır.
11. Bistüri olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
13. TITUBB belgesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından onayı olmalıdır.
14. Alım numunesi denenerek ,onay ile yapılacaktır.
15. Bir adet ipek 2/0 veya 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde olmalıdır

Esra BUĞDAYLI

Anestezi ve Reanimasyon
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Prof. Dr. Ulu KOCASINIK
T.C. Sağlık Bakanlığı
Genel Anestezi Uzmanı
Anesteziyoloji Uzmanı A.D.
Dip. No: 8/12 D.Ü. 19/03/1977