

## EEG KAYIT KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kağıt 1. Sınıf hamur 50-60 gr. Olmalı
2. Kağıtlar toplar halinde ve her top kağıt 300 mm de bir, bir biri üstüne katlanabilir sürekli form halinde olmalı
3. Her top kâğıt sayfa boyu 300mm\* eni 345 mm ölçülerinde 600 sayfa olmalı
4. Sayfalardaki her 300 mm lik kağıt boyutu ince açık sarı çizgilerle 50 eşit parçaya bölümlenmeli, her 30 mm lik aralık daha kalın sarı çizgiyle bölümlenmelidir
5. Kağıt topları ambalajlı ve 100 adet olmalı
6. Kağıt katlama kenarları EEG kayıt kalemlerine takılmayacak şekilde düzgün ve pürüzsüz olmalı
7. Teklif verilecek kağıt numunesi bölümden görülmeden teklif verilmemelidir
8. Sistem kodu j01-018580

  
Prof. Dr. Ayşe BORA TOKCAER  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Nöroloji  
Dip. No: 12510/20978 Dip. Tes. No: 34631

  
Prof. Dr. Yahya KARAMAN  
T.C. G.U.T.F. Gazi Hastanesi  
NÖROLOJİ  
Diploma No: 124  
Dip. Tes. No: 28869