



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2563
İstem Tarihi : 29/11/2018
Bölüm Adı : K.B.B. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 18/12/2018 14:45:00

Malzeme Kodu : J03-031545
Malzeme Adı : FIBEROPTİK NAZOFARİNGASKOP

Yetişkin Rhino-Laringofiberskop Teknik Şartnamesi

1. Rhino-Laringofiberskop teşhis amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
2. Rhino-Laringofiberskop' un saha görüş açısı en az 85° ve saha görüş istikameti önden görünüşlü olmalıdır.
3. Rhino-Laringofiberskop' tan elde edilen görüntü net olmalıdır.
4. Rhino-Laringofiberskop' un saha görüş derinliği 5~50 mm(+/- %10) arasında olmalıdır.
5. Rhino-Laringofiberskop' un insertion tüp dış çapı 3.5 mm(+/- %10) olmalıdır.
6. Rhino-Laringofiberskop' un distal ucun dış çapı 3.1 mm(+/- %10) olmalıdır.
7. Rhino-Laringofiberskop' un toplam uzunluğu 550 mm(+/- %5), faydalı çalışma uzunluğu 300 mm(+/- %5) olmalıdır.
8. Rhino-Laringofiberskop' un ucunun bükülebilme kapasitesi en az yukarı 130° ve aşağı 130° olmalıdır.
9. Teklif edilen Rhino-Laringofiberskop cihazı ile birlikte orijinal taşıma çantası, minyatür ışık kaynağı ve eto-cap verilmelidir.
10. Teklif edilen Rhino-Laringofiberskop cihazı geniş, parlak ve yüksek çözünürlüklü görüntü sağlamalıdır.
11. "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar."
12. Teklif edilen ürünler ergonomi, görüntü kalitesi ve dayanıklılık açısından bölüm öğretim üyeleri tarafından muayene edilecektir.
13. Cihazın teknik özellikleri ile ilgili biyomedikal birimine ve bölümde görevli en az 2 ilgili kişiye eğitim verilmelidir.

<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Dr. Öğr. Gör. Dr. Süleyman ÖZDEMİR T.C. Gaz. Ü. Sağlık Uyg. ve Araştırma Merkezi K.B.B. Polikliniği Stoğu İhtis. No: 133623</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
---	------------------