



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

U5

Şartname Numarası : 42025
Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J01-010955 /
MALZEME ADI : FLASTER 5CMX5M.

- 1.Malzeme Türk ve Avrupa Farmakopesine uygun olarak imal edilmiş, 5 cm X 5 m olmalıdır.
- 2.Sırt yapısı ipekten imal edilmiş olmalı ve liflenmemelidir.
- 2.Cilt yüzeyine tatbik edildiğinde iyi yapışmalı; suya, terlemeye dirençli olmalı, yapışma özelliği yeterli olmalıdır.
- 3.Flaster çıkarıldığında ciltte atık madde bırakmamalıdır.
- 4.Flaster enine ve boyuna muntazam bölünebilmeli, elle kolay yırtılabilmelidir, dokusu dağılmamalıdır.
- 5.Cilt yüzeyinde alerjik reaksiyon oluşturmamalıdır.
- 6.Flaster koparıldıktan sonra yapıştırıcı madde makara rulo flaster üst kısmında kalmamalı ve bulaşmamalıdır.
- 7.Flasterin plastik makarası ele travmatik olmamalıdır.
- 8.Ürünler kolayca depolanabilecek, sayılabilecek, dayanıklı ambalajlar içinde teslim edilmelidir.
- 9.Teslim edilen ürünlerde seri hata çıkması halinde o seriye ait tüm ürünlerin tamamı yenisi ile değiştirilecektir.
- 10.Herbir ambalaj üzerinde ürünün markası, lot numarası, son kullanma tarihi, sahip olduğu kalite ve güvenlik işaretleri ile UBB barkodu kolay okunabilir bir şekilde yazılmış olmalıdır.
- 11.Ürünler depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miadlı olmalı, istekliler teklif ile beraber en az iki adet numune getirmelidir.Nihai karar numune değerlendirmesi sonrası verilecektir.

Prof. Dr. Metin ONARAN
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Uroloji
Diploma No: 10996
Dip. Tesdi No: 84227

Fatma AYAR
Transplantasyon Merkezi
Sorumlu Hemşiresi

HAZIRI AYAN AR

ONAYLAYAN