



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2748

Döküm Tarihi : 03/01/2019 08:53:00

İstem Tarihi : 03/01/2019

Bölüm Adı : K.B.B. Poliklinik Ameliyathane Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J09-091690

BLAKESLEY NAZAL FORCEPS, THROUGH CUTTING (45° YUKARI BAKAN)

TRUCUT NAZAL FORCEPS, 45 DERECE TEKNİK ŞARTNAMESİ(J09-091690)

1. Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olup pürüzsüz polisaja sahip olmalıdır.
2. Ürün Storz Katoloğu 179. Sayfada yer alan, 456121 Kodlu ürün eşdeğeri olmalıdır.
3. Katalogda belirtilmiş ölçülerden maksimum +/- %5 farklılıkta olan, aynı işlevde ve aynı fonksiyonu sağlayan aletler teklif edilebilir.
4. Alet rahatlıkla açılıp kapanabilmeli, eklemlerinde herhangi bir sıkılık veya gevşeklik olmamalıdır, 45 derece açılı olmalıdır.
5. Ürün buhar otoklava ve dezenfeksiyon solüsyonlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
6. Teklif edilen ürünler muayene edilecektir

<p>Öğr. Gör. Dr. Süleyman CEBECİ T.C. S.Ü. F. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. Dip. Tesc. No: 135623</p>	<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Dr. Öğr. Üy. Ferit KARALERT T.C. S.Ü. F. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. Dip. Tesc. No: 13572</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
--	--	------------------

Hemşire Tülün ATALAY

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2748
İstem Tarihi : 03/01/2019
Bölüm Adı : K.B.B. Poliklinik Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 03/01/2019 08:52:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J09-091688 BLAKESLEY NAZAL FORCEPS, THROUGH CUTTING (DÜZ)

TRUCUT NAZAL FORCEPS, DÜZ TEKNİK ŞARTNAMESİ(J09-091688)

1. Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olup pürüzsüz polisaja sahip olmalıdır.
2. Ürün Storz Katoloğu 179. Sayfada yer alan, 456101 Kodlu ürün eşdeğeri olmalıdır.
3. Katalogda belirtilmiş ölçülerden maksimum +/- %5 farklılıkta olan, aynı işlevde ve aynı fonksiyonu sağlayan aletler teklif edilebilir.
4. Alet rahatlıkla açılıp kapanabilmeli, eklemlerinde herhangi bir sıkılık veya gevşeklik olmamalıdır
5. Ürün buhar otoklava ve dezenfeksiyon solüsyonlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
6. Teklif edilen ürünler muayene edilecektir

<p>Öğr. Gör. Dr. Süleyman CEBECİ T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları A.D. Tic. Sic. No: 135623</p> <p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Dr. Öğr. Üyesi Recep KARAMELİ T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları A.D. Tic. Sic. No: 135623</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
---	-------------------------

Hemşire Tülün ATALAY
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2748
İstem Tarihi : 03/01/2019
Bölüm Adı : K.B.B. Poliklinik Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 03/01/2019 08:50:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J09-091287 AUFRICT SPEGULUM EKARTÖR

AUFRICT NAZAL RETRAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ(J09-091287)

1. Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olup pürüzsüz polisaja sahip olmalıdır.
2. Ürün Storz Katoloğu 139. Sayfada yer alan, 506000 Kodlu ürün eşdeğeri olmalıdır.
3. Katalogda belirtilmiş ölçülerden maksimum +/- %5 farklılıkta olan, aynı işlevde ve aynı fonksiyonu sağlayan aletler teklif edilebilir.
4. Ürün buhar otoklava ve dezenfeksiyon solüsyonlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
5. Teklif edilen ürünler muayene edilecektir
- 6.

<p>Öğr. Gör. Dr. Gülşah CEBER T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. Dip. Teş. No: 135623</p>	<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Dr. Öğr. Üy. Reyhan KARAMERT T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. Dip. Teş. No: 135623</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
---	---	-------------------------

Hemşire Tülün ATALAY
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi