

J01-01E178 NON-STERİL ELDİVENİ (LARGE)

1. Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte pütürlü olmalıdır.
2. Eldiven lâteks ve pudra içermeyen Nitril malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır.
5. Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda large beden olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.
7. Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.
8. Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.
9. Eldivenler lateks protein içermemelidir
10. Eldivenler ciltte alerjik reaksiyona sebep olmamalı, cildi tahriş edecek kimyasal içeriği olmamalıdır.
11. Ürünler numuneler değerlendirilerek seçilecektir.

Şirri KARAYELİ
Ameliyathane
Bilgi Sorumlusu

Prof.Dr. Yusuf ÜNAL
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 825 - Dip.Tes.No: 89781