


ANTIEMBOLİ ÇORABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çoraplar beyaz renk olmalıdır.
2. Birim pakette bir çift çorap bulunmalıdır.
3. Çoraplarda bacadan kaymayı önleyecek şekilde üst kısmında tutucu bir bölüm bulunmalıdır. Bu bölümün turnike etkisi yapmaması gerekmektedir.
4. Çoraplar hastaların bacak kalınlık ve boylarına göre değişik tip ve boylarda olmalıdır.
5. Çorap tipi ve boyunun doğru seçimi için referans olarak hasta ölçüm tablosu bulunmalıdır.
6. Çorapların ayak uç kısmı açık olmalıdır.
7. Çoraplarda basıncı sağlayan dikiş dokusu, çorba dairesel olarak dikilmiş olmalıdır.
8. Çorap bilekten bacağın üst kısmına kadar 5 değişik basınç değerine sahip olmalıdır.
9. 10 kereye kadar yıkanıp tekrar kullanılabilmesi ve basınç profilini korumalıdır.
10. Firma tarafından onaylanmış şartnamedeki bütün maddelere uygun olduğunu taahhüt eden resmi belge, katalog ve numune getirilecektir.
11. Ürün sağlık bakanlığı ve UBB kodu bulunmalıdır.


Ayşen SÖKÇEK
KVYB Sorumlusu Hemşiresi


Dr. Sencer KOC
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Hastalıkları A.B.D.
T.C. Kimlik No: 97472