

## J01-010469 NON-STERİL ELDİVENİ (MEDIUM)

1. Parmak uçları kaymayı önleyici özellikte pütürlü olmalıdır.
2. Eldiven lâteks ve pudra içermeyen Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Non-steril olmalıdır.
4. Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır.
5. Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda medium beden olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde boyları ayırt etmeye yarayacak numara veya özel işaret bulunmalıdır.
7. Ambalajlar üzerinde imalat tarihi bulunmalı, yırtık imalat olmamalıdır.
8. Ambalajından kolaylıkla tek tek çıkarılabilmelidir.
9. Eldivenler lateks protein içermemelidir
10. Eldivenler ciltte alerjik reaksiyona sebep olmamalı, cildi tahriş edecek kimyasal içeriği olmamalıdır.
11. Ürünler numuneler değerlendirilerek seçilecektir.

Dr. KARAVEL  
Ameliyathane  
Bilin Sorumlusu

Prof. Dr. KARAVEL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip. No: 825 - Dip. Tes. No: 89781