



T.C. *Ayşen Gökçek*
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

122

Şartname Numarası : 32530
Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J01-010617 /

MALZEME ADI : OR1770 SET POMPA STANDART İNFÜZYON (ÜÇLÜ)

VOLÜMETRİK İNFÜZYON POMPA SETİ(STANDART) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sette, 15 ?m?luk filtre bulunmalıdır.
2. Setin,pompa hız ayar bölümü infüzyon sırasında setin yapışmasını engellemek üzere silikondan imal olmalıdır.
3. Setin ucu, luer lock bağlantılı olmalıdır.
4. Set uzatması üzerinde,cihaz içine yerleşen ve kontrolsüz akışı engelleyen mandal olmalı ve set cihazdan çıkarılır çıkarılmaz, mandal otomatik olarak kapanmalıdır.
5. Sette bakteri girişini önleyen kapaklı hava girişi olmalıdır.
6. Sette kullanıcı yaralanmalarını engellemek için; işlem bitiminde setin sivri uç kısmının gireceği bölme olmalıdır.
7. Set en az 250 cm olmalıdır.
8. Setler ile birlikte verilecek pompa ;
 - a - Maximum 1.5 kg ağırlığında olmalı,peristaltik prensiple çalışmalıdır.
 - b- Manuel ve otomatik bolus verme özelliği olmalıdır.
 - c- Türkçe menülü olmalıdır.
 - d- Doz hızı hesabı yapabilmelidir.
- e- Pompa İntravenöz ,enteral ve kan verme uygulamaları içinde kullanılabilmelidir.
- f- Pompa üzerinde bir diğerine bağlantıyı sağlayan kaydırma kızağı olmalıdır.
 - g- Pompa PCA olarak da kullanılabilir özellikte olmalıdır.
 - h- Pompa TCI yüklemesine uygun olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
- 10- Cihaz ve setlerin TITUBB belgesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından onayı olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Ayşen Gökçek
Ayşen GÖKÇEK
KV CYB Sorumlu Hemşiresi

ONAYLAYAN

Dr. Serkan Ak
Gazi Üniversitesi Sağlık Fak. Araştırma
Kalp ve Damar Hastalıkları Anabilim Dalı
Tescil No: 797422