

Otolog Perikard Aort Kapak Yaprakçığı Ölçek Seti Yetişkin

1. Ölçek Seti, cerrahın kalp kapağının doğal yaprakçıklarının boyutlarının ayrı ayrı belirlenmesine yardımcı olacak özellikte olmalı ve perikardın hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak malzemeleri içermelidir.
2. Ölçek Seti 19, 21, 23, 25, 27, 29,31, 33 ve 35 boyutlu toplam 9 bağımsız, tek uçlu ölçeklerden oluşmalıdır.
3. Set kesilen perikardın Glutaraldehid solüsyona tabi tutulması için bir tepsi içermelidir.
4. Set perikardın solüsyona batırılması için uygun genişlikte bir adet delikli ve bir adet deliksiz bir plaka içermelidir.
5. Set hastanın perikardının kapak yaprakçıklarına göre kesilebilmesi için gerekli şablonu içermelidir.
6. Set kesilen yaprakçıkların muhafazası için üç gözlü bir petri kabı içermelidir.

Prof. Dr. ~~...~~ IRIZ
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip.No 7363 Döner No 73591

Prof. Dr. Gürsel Levent Oktal
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kalp Damar Cerrahisi
Dip.No 6343 Döner No 63329

Otolog Perikard Aort Kapak Yaprakçığı Ölçek Seti Pediatrik

1. Ölçek Seti, cerrahın kalp kapağının doğal yaprakçıklarının boyutlarının ayrı ayrı belirlenmesine yardımcı olacak özellikte olmalı ve perikardın hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak malzemeleri içermelidir.
2. Ölçek Seti 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ve 29 boyutlu toplam 9 bağımsız, tek uçlu ölçeklerden oluşmalıdır.
3. Set kesilen perikardın Glutaraldehid solüsyona tabi tutulması için bir tepsi içermelidir.
4. Set perikardın solüsyona batırılması için uygun genişlikte bir adet delikli ve bir adet deliksiz bir plaka içermelidir.
5. Set hastanın perikardının kapak yaprakçıklarına göre kesilebilmesi için gerekli şablonu içermelidir.
6. Set kesilen yaprakçıkların muhafazası için üç gözlü bir petri kabı içermelidir.

Prof. Dr. Ekrem ERİZ
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip.No: 7383 D. No: 73591

Prof. Dr. Gürhan OKTAZ
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kalp Damar Cerrahisi
Dip.No: 6348 D. No: 63828