



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

Aysen Hanım 26737

Aysen Hanım

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

32

Şartname Numarası : 42006

Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J01-010881 /

MALZEME ADI : EKG ELEKTRODU YETİŞKİN (ÇİTÇİTLİ BÜYÜK).

1. Yumuşak ve esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.
2. Yapışkanı hipoallerjenik akrilik olmalı, cildi tahriş etmemeli, yapışkanlık kapasitesi yüksek olmalıdır.
3. Çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalı, cildi tahriş etmemelidir.
4. Dış çitçiti paslanmaz çelik olmalıdır.
5. Gümüş klorid sensörü hızlı ve kaliteli trase vermelidir.
6. Jeli katı olmalı, sızıntı yapmamalı, non irriton olmalı ve cildi tahriş etmemelidir.
7. Elektrotlar hava temasını önleyecek özel poşetlerde ve üzerinde son kullanma tarihi ve lot No.su bulunmalıdır.
8. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
9. Ürünün yetişkin boyu bulunmalıdır.
10. Sırt materyali köpük olmalıdır.
11. Malzemenin UBB? de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
12. Numune üzerinden değerlendirme yapılacak ve firma tarafından 1 paket numune getirilmelidir.

HAZIRLA

Aysen ERKÇEK
KVCEB Sorumlu Hemşiresi

ONAYLAYAN