



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2727
İstem Tarihi : 02/01/2019
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 02/01/2019 15:54:00

Malzeme Kodu : TM0149
Malzeme Adı : ULTRASON CİHAZI PROBU TAMİRİ

ULTRASON CİHAZI PROBU TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Jinekoloji polikliniğinde kullanılan GE marka Logiq 9 model cihaza ait CS8 vajinal probunun tamiri yapılacaktır.
- 2.Teklif verecek istekliler probun arıza tespitinde bulunduktan sonra Biyomedikal Birimine teknik servis raporu verecektir.
- 3.Probun değişmesi gereken parçası, orijinal parça ile değiştirilecektir.
- 4.Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5.Teklif veren istekliler Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini teklif zarfı ile birlikte idaremize verecektir.
- 6.İstekliler tamir edilen prop için 6 ay tamir garantisi verecektir.
- 7.İstekliler tamir edilen probun çalışır durumda olduğunu Biyomedikal Biriminde görevli bir teknisyen eşliğinde cihaz üzerinde uygulaması yapılacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Murat SOLMAZ
Gazi Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri

ONAYLAYAN

Uğur UNAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Biyomedikal Birimi