



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2763
İstem Tarihi : 3/01/2019
Bölüm Adı : Biyomedikal Stoğu

Döküm Tarihi : 3/01/2019 10:16:00

Malzeme Kodu : TM7405
Malzeme Adı : HASTA KALDIRACI TAMİRİ.

HASTA KALDIRACI CİHAZI
TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan Viking-m marka hasta kaldıraç cihazı arızalanmıştır.
- 2.Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis Raporunu Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
- 3.Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 4.Tamir edilen cihaza 6 ay tamir, 1 yıl da değiştirilen malzeme veya parça garantisi verecektir.
- 5.İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Tıbbi Cihaz Birimine veya İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesine teslim edecektir.
- 6.Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
- 7.Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Gökhan ERASLAN Nur TAŞKIRANOĞLU</p> <p>Harun BEYDİLLAHOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknikeri</p>	

Teknik Personel Nur TAŞKIRANOĞLU
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi