



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2781  
İstem Tarihi : 03/01/2019  
Bölüm Adı : Biyomedikal Stoğu

Döküm Tarihi : 03/01/2019 11:45:00

Malzeme Kodu : TM0101  
Malzeme Adı : ULTRASON CİHAZI TAMİRİ

USG CİHAZI  
TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz Endokrinoloji bölümünde kullanılan GE marka Logıc P5 model ultrason cihazı arızalanmıştır.
- 2.Cihazın prob select kartı üzerindeki mikro entegreler yanmış olup entegrenin tamiri veya değişimi yapılacaktır. Değiştirilmesi halinde eski arızalı entegre Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.
- 3.Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal Birimine verecektir.
- 4.Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır
- 5.İstekliler tamir edilen entegre için 6 ay tamir garantisi verecektir.
- 6.İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal Birimine teslim edecektir.
- 7.Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.

HAZIRLAYANLAR

Murat SOLMAZ  
Gazi Üniversitesi  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri

ONAYLAYAN

USG CİHAZI  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi

Teknik Personel Nur TAŞKIRANOĞLU  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi