



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2729
İstem Tarihi : 02/01/2019
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 02/01/2019 16:04:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
TM0058 RESPIRATÖR CİHAZI TAMİRİ

NELLCOR PURİTAN BENNETT MARKA TAYCO 840 MODEL RESPIRATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler hastanemiz iç hastalıkları yoğun bakım bölümünde kullanılan Nellcor Puritan Bennett marka tayco 840 model 3510080005 seri numaralı respiratör cihazının tamiri için teklif verecektir.
2. Cihazın arızası üst ekran görüntüsünde kayma olmasıdır.
3. Cihaza teklif veren firmalar tıbbi cihaz bakım onarım biriminde cihaza arıza tespitinde bulunarak teknik servis formu bırakacaktır.
4. Respiratör çalışır ve sağlam şekilde Tıbbi Cihaz Birimine teslim edilecektir.
5. Tamir edilen cihazlara 6 (altı) ay garanti verilecektir.
6. Arıza tespit formu bırakmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7. Tamir esnasında değişen parçalar tıbbi cihaz bakım onarım birimine teslim edilecektir.
8. Respiratör tamir için yükleniciye teslimden sonra, en fazla 15 gün içinde tamir edilerek Tıbbi Cihaz Birimine teslim edilecektir.

 Fatih AKBAL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Etilim ve Servis Birimi	HAZIRLAYANLAR  Mehmet UÇAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknikeri	ONAYLAYAN
---	--	------------------