

**OLYMPUS MARKA DUEDONOSKOPİ CİHAZI ELEVATÖR (KALDIRAÇ)  
BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İstekli bakım işi ile ilgili Biyomedikal Birimin eşliğinde cihazı görerek tespitte bulunacaktır.
2. Tespitte bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Bakım yapılacak parçaların seri numarası 2507171 ve 2507182'dir.
4. Duedonoskopi cihazı çalışır durumda Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.
5. Bakım sonrası 1 yıl boyunca partikül ve bakteri üremesi olmayacağına dair garanti verilecektir.
6. Bakımı yapılacak cihazın çıkan parçaları herhangi bir zarar verilmeden çıkarıldığı gibi Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.
7. Teklif verecek firmalar yetki ve teknik servis yeterlilik belgelerini ibraz edecektir.
8. Duedonoskopi cihazı yükleniciye teslimden sonra en fazla 30 gün içinde bakımı yapılarak Biyomedikal Birimi çalışır durumda teslim edilecektir.

**Murat DOĞAN**  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

**Kaan KOÇ**  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni