



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

(2)

5065

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

1063

Şartname Numarası : 23009  
Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J01-012426 /

MALZEME ADI : PAMUKLU ÇUBUK (%70.ALKOL %2 CLORHEXİDİNLİ).

%70 ALKOL VE %2 CHLORHEXİDİNE Lİ SWABSTİCK(PAMUKLU ÇUBUK)  
ŞARTNAMESİ

- 1-Swabstick (pamuklu çubuk) %70 İsopropyl alkol ve %2 Chlorhexidine digluconate içermelidir
- 2- Swabstick (pamuklu çubuk) 3 ml solüsyon ihtiva etmelidir.
- 3-Kullanım sırasında pamuk kısmı dağılmamalı ve hav bırakmamalıdır.
- 4- Kaşıntı ve yanma hissi vermemeli, bu nedenle hastalarda rahatlıkla kullanılmalıdır.
- 5-Çubuk kısmı beyaz PP plastik ve boyutları 4.3 x 14mm olmalıdır.
- 6- Her biri tek tek ambalajda olmalı, bir kutuda ise 50 adet tek kullanımlık swabstick (pamuklu çubuk) bulunmalıdır.
- 7- Ürünün ISO9001 ve CE belgeleri dosya halinde sunulmalıdır.
- 8- Ürün üzerinde kullanım için gerekli açıklamaları belirten etiketi olmalıdır.
- 9- Ürün teklifleri numune ve katalogları ile birlikte verilmelidir.

Deniz YALÇIN  
Ped.Onko.Hemato  
S.Sorumlu Hemşiresi

Prof.Dr. Fatuk GÜÇLÜ PINARLI  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Çocuk Hastanesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D./Onkoloji B.D. Öğretim Üyesi  
Dip.No: 6994 Dip. Tes. No: 70829

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

(2)

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

185

Şartname Numarası : 42357

Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J01-015350 /

MALZEME ADI : ÖRDEK

(J01-015350) ÖRDEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi PVC ' den yapılmış olmalıdır.
2. Elle tutulacak kulpu ve kapağı olmalıdır.
3. Ördek ölçekli ve en az 800 ml kapasiteye sahip olmalıdır.
4. Mililitre ölçekli olmalı , doğru ölçüm sonucu vermeli.
5. Üzeri eksiz ve pürtüksüz olmalıdır.
6. Cilde temas eden kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermemeli.
7. Kolay temizlenebilir ve leke tutmayan özellikte olmalı, dezenfekte edilebilmelidir.
8. Şartnameye uygun olmayan ürünler talep edildiğinde değiştirilebilmelidir.
9. Ulusal kalite belgelerinden birine sahip olmalıdır.

*Abdülhak Şenol*

Doc. Dr. Ekrem BİLDİK  
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
GAZİ HASTAHANESİ  
Acil Tıp  
Dış No: 39704A023  
Etiler-Beşiktaş/İstanbul





T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

4

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

188

Şartname Numarası : 42017

Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J01-013751 /

MALZEME ADI : İDRAR TAŞIMA BİRİKTİRME KABI.

- 1.PVC 'den imal edilmiş, idrarın izlenebileceği şeffaflıkta ve üzeri ölçekli olmalıdır.
- 2.2,5-3 litre kapasiteli olmalı, üzerine hasta ismi yazılabilmesi için etiket olmalıdır.
- 3.Kolay taşınabilir ve kolay boşaltılabilir özellikte olmalıdır.
- 4.Kolay numune alınabilmesi için ağzı geniş ve kapaklı olmalıdır.
- 5.Kullanım esnasında eğilmemeli ve delinmeye karşı dirençli olmalıdır.
- 6.Kapak kısmı devrilmelerde sızdırmaz özellikte olmalıdır.
- 7.Kap delik,yırtık yada bütünlüğü bozuk olmamalıdır.
- 8.Sıvı seviyesi doğru ölçümü göstermelidir.
- 9.İstekliler teklifleri ile beraber en az iki adet numune getirmelidir.Nihai karar numune değerlendirilmesinden sonra verilecektir.

Prof. Dr. Metin ONARAN  
T.C.G.Ü.F.F. Gazi Hastanesi  
Üroloji  
Diploma No: 0996  
Dip. Tesci No: 84227

Fatma AYAR  
Transplantasyon Merkezi  
Sorumlu Hemşiresi

ONAYLAYAN