



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2563  
İstem Tarihi : 18/12/2018  
Bölüm Adı : K.B.B. Poliklinik Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 18/12/2018 14:33:00

**Malzeme Kodu** : J01-01E348  
**Malzeme Adı** : OR4980 EKSTERNAL NAZAL SPLİNT (ALÜMİNYUM)

DENVER EKSTERNAL NAZAL SPLİNT TEKNİK ŞARTNAMESİ(J01-01E348)

- 1- Uygulaması kolay ve hızlı olmalıdır. Elle bükülebilir yapışma özelliği iyi olan ve pürüzsüz yapıda olmalıdır.
- 2- Ürün köpük silikon üzerinde ince/ hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır.
- 3- Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde buruna rahatça yerleştirilebilmelidir.
- 4 - Paket içerisinde, 1 adet yapışkan velcro splint (alt parça), 1adet metal splint üst parça (üst parça), 1 adet cilt hazırlama mendili (skin prep), 1 adet alkollü mendil, 1 adet arkası yapışkanlı dorsal şerit, kağıt yapışkan bantlar veya steril strip bulunmalıdır.Arka yüzeyindeki yapışkan bant kolayca çıkarılabilmelidir.
- 5- Arka yüzeyindeki yapışkan ıslanmaya dirençli olmalıdır.
- 6- Small, medium ve large olmak üzere üç ayrı boyu bulunmalıdır.
- 7- Medium splintin en dar yeri 3,5 cm, en geniş yeri 6 cm olmalıdır. Kalınlığı 0,4 mm olmalıdır. (+/- %5).
- 8- Alınan ürün adedinin % 45'si medium, %45'u small, %10'si large boyutunda olmalıdır.
- 9- Ürün rahatlıkla görülebilecek şekilde şeffaf, steril, tekli paketlerde, 10'luk kutularda bulunmalıdır.
- 10- Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, boyu, LOT numarası, CE işareti, tek kullanımlık olduğu, markası, son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
11. Paket içinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.

<p>Öğr. Gör. Dr. Süleyman CEBECİ T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. Dip. Teşh. No: 135623</p> <p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p> <p>Dr. Öğr. Gör. Mehmet ÖZALP T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. Dip. Teşh. No: 135623</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p>
--	-------------------------

Hemşire Tülün ATALAY

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

12. Teklif veren firmalar ürün muayenesi için numune gönderecektir.

<p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p> <p>Öğr. Gör. Dr. Süleyman CEBECİ T.C.G.Ü. F. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D. Dip. Tesc. No: 135623</p> <p>Dr. Öğr. Üyesi Mehmet D. D. D. T.C.G.Ü. F. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.B.D. Dip. Tesc. No: 127961</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p>
--	-------------------------

Hemşire Tülün ATALAY  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2563  
İstem Tarihi : 18/12/2018  
Bölüm Adı : K.B.B. Poliklinik Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 18/12/2018 14:32:00

**Malzeme Kodu** : J01-01C693  
**Malzeme Adı** : OR4970 EKSTERNAL NAZAL SPLİNT (TERMOPLASTİK)

THERMAL EKSTERNAL NAZAL SPLİNT TEKNİK ŞARTNAMESİ(J01-01C693)

- 1- External nazal splint, beyaz termoplastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Kaynayan suya atıldığında istenilen kullanılabilir yumuşaklığa gelmiş olmalıdır.
- 3- Paket içerisinde, 1 adet termoplastik splint, 1 adet cilt hazırlama mendili (skin prep), 1 adet alkolü mendil, 1 adet arkası yapışkanlı dorsal şerit, kağıt yapışkan bantlar veya steril strip bulunmalıdır.
- 4- Arka yüzeyindeki yapışkan bant kolayca çıkarılabilmelidir.
- 5- Small, medium ve large olmak üzere üç ayrı boyu bulunmalıdır. Small splintin en dar yeri yaklaşık 3.5cm, en geniş yeri yaklaşık 5 mm, kalınlığı 0.2mm olmalıdır. (+/- %5)
- 6- Ürün rahatlıkla görülebilecek şekilde şeffaf,steril, tekli paketlerde 10'luk kutularda bulunmalıdır.
- 7- Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, boyu, LOT numarası, CE işareti, tek kullanımlık oluğu, markası, son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
- 8- Paket içinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.
- 9- Alınan ürün adedinin % 45'si medium, %45'u small, %10'si large boyutunda olmalıdır.

<p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p> <p>Öğr. Gör. Dr. Süleyman ÇEBECİ T.C. G.Ü. T.İ.İ. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. Dip. No: 135623</p> <p>Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet... T.C. G.Ü. T.İ.İ. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. Dip. No: 135623</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p>
---	-------------------------

Hemşire Tülün ATALAY  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

10- Teklif veren firmalar ürün muayenesi için numune gönderecektir.

<p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p> <p>Öğr. Gör. Dr. Süleyman ÇEBECİ T.C.G.Ü.T.F. Sađlık Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dip. Tesc. No: 135623</p> <p>Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet ÖZTÜRK T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Dip. No: 04/12-04/04/12/127941</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p>
--	-------------------------

Hemşire Tülün ATALAY  
Gazi Üniversitesi Sađlık Araştırma ve Uygulama Merkezi