

## PATOLOJİ NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Rahat taşıma yapılabilmesi için çanta şeklinde olmalıdır.
2. Üst kapak her iki yana doğru açılabilmelidir.
3. Kapakta kilit sistemi olmalı ve düğmeye basılmadan açılmamalıdır. Bu sayede kendiliğinden açılmalar önlenmelidir.
4. Taşıma çantasının rengi kahverengi, beyaz veya turuncu olmalıdır.(Nihai renk kararını idare belirleyecektir.)
5. Taşıma çantasında kullanılan malzeme polipropilen veya polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Patoloji taşıma çantasının iç yüzeyi pürsüz ve dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.
7. Hacmi 15 litre olmalıdır.
8. Dış ölçüleri: 40 x 36 x 26 cm olmalıdır.
9. Buz kasetleriyle desteklenecek şekilde olmalıdır.
10. Patoloji numune taşınmasında kolaylık sağlamalıdır.
- 11.Çantanın ön ve arka yüzeylerinde "**Patoloji Taşıma Çantası**" ibaresi yer alan baskılı etiket olmalıdır. Etiket su ve formaldehitten etkilenmeyen materyalden üretilmiş olmalıdır.
- 12.Üzerinde güvenlik uyarı amblemi (**tehlikeli kimyasal ve biyolojik tehlike işareti**) olmalıdır.
13. Teklifle beraber bir adet numune teslim edilecek ve nihai karar numunenin değerlendirilmesi sonucu verilecektir.
- 14.Formaldehit kimyasalına karşı dayanıklı olmalıdır.

Melika KAYMAK  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Temsilcilik Hizmetleri Müdürü

Sezai DEMİR  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi  
İş Güvenliği Uzmanı Belge No: 122379

03.01.2019