

J01-016989 ENDOSKOPIK LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU OYNAR BAŞLIKLİ 60X3,5 MM

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Açık ve Endoskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
3. Açık ve endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zımba atma işi yapılabilmelidir.
4. Yükleme ünitesi bıçaklı kartuş ve anvil ile birlikte gelmeli veya anvil ve bıçak uyumlu stapler üzerinde ise sadece zımba yüklü kartuş şeklinde olmalıdır.
5. Yükleme ünitesi 0-45 derece arasında açı yapabilmeli vveya kartuşla uyumlu stapler 0-45 derece açı yapabilme özellikte olmalıdır.
6. Çift sıralı üç hat boyunca 60 mm uzunluğunda olmalıdır.
7. Zımba kapandıktan sonra "B" formasyonu almalı ve şeklini korumalıdır. (Cerrahi girişim sırasında numune değerlendirme kapsamındadır.)
8. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 3,5(+/- 0,2) mm ateşlenmeden sonra 1,5(+/- 0,2) mm olmalıdır.
9. Steril orijinal pakette olmalıdır. Paket üzerinde malzemenin özellikleri, sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi ve UBB barkodu olmalıdır.
10. Teklif edilen malzeme için CE veya FDA belgesi verilmelidir.
11. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
12. Prospektüete yazan bir vakalık tabancanın ateşleme sayısına göre her 12 kartuş için bir stapler veya her 25 kartuş için bir stapler ücretsiz verilecektir.
13. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Dr. Ömer ŞAKRAK

Prof. Dr. Ömer ŞAKRAK
T.C. Gazi Üni. Hastanesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. No: 825 Dip. Tes. No: 69781