

(4)

## CERRAHİ ALET GÜNLÜK TEMİZLEYİCİ (ENZİMATİK TEMİZLEYİCİ) (013224)

1. Ürün her türlü cerrahi aletler, temizliği zor olan dar lümenli aletler, plastik, cam, silikon, lastik, porselen gibi malzemelerden yapılmış tüm tıbbi aletlerde kullanılabilir olmalıdır.
2. Aldehid-aldehid türevleri, fenol, alkol ve aktif klor içermemelidir.
3. Enzimatik temizleyici (lipaz, amilaz, proteaz vb ) ve deterjan-dezenfektan içermelidir.
4. Ürün konsantre olmalıdır. Şebeke suyuyla kullanıma hazır hale getirilmelidir. Tüm su sertliklerinde(soğuk, ılık ya da sıcak)seyreltilerek kullanılmalıdır. Seyreltildiğinde solüsyonda tortu bırakmamalıdır.
5. Solüsyon orijinal ambalajında bulunmalı, üzerinde formülasyonu, kullanım şeklini, üretim ve son kullanma tarihlerini belirtir etiket bulunmalıdır.
6. Türkçe kataloğu bulunmalıdır.
7. Ürün kokusuz veya güzel kokulu, berrak olmalıdır. Toksik ve iritan özelliklere sahip olmamalıdır. Ekolojik olmalıdır.
8. Formülasyonda dezenfeksiyon ve durulama işleminden sonra aletin kullanımını kısıtlayıcı herhangi bir toksik madde bulunmamalıdır.
9. Ürün korozyon önleyici özelliğe sahip olmalıdır. Pas yapmamalıdır. Formülasyonda bu amaçlı maddeler bulunmalıdır.
10. Aletlerin ön temizlik ve dezenfeksiyonunu bir arada sağlayabilmelidir.
11. Solüsyonun pH'sı nötre yakın olmalıdır.
12. Üretici firma ürün ile ilgili katalogu ihale dosyası ile birlikte sunulmalıdır.
13. İhaleyi alan firma ürünün kullanımı ile ilgili kullanıcılara eğitim vermelidir.
14. Ürün teslim tarihinden itibaren en az iki yıl kullanım süreli olmalı, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine üç ay kala en geç 15 gün içinde yeni ürün ile değiştirilmelidir
15. Ürün Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında onaylanmış olmalıdır. Firma ürün numarasını (malzemenin barkodunu) belirten listeyi ihale dosyasında sunulmalıdır
16. Tüm numuneler kokusu ve ambalaj uygunluğu açısından Enfeksiyon Kontrol Komitesi Dezenfeksiyon Alt Çalışma Yürütme Grubu tarafından kullanıcı görüşü alınarak incelenecektir.
17. Firma ürün ile birlikte 20 lt hacminde 20 adet, ağız kapaklı ve asansörlü dezenfektan küvetini ücretsiz olarak teslim etmelidir.
18. Teklif verilen numune ile teslim edilen ürün birebir aynı olmalıdır

Dr. Firdevs AKTAŞ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı  
Dip.No: 4493



İ. Doç. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi  
Dip.No: 2073 Dip. Tes.No: 93792



Ok. 01. 2019

2

## KESİCİ DELİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1,5 lt (01F433)

1. Atık kutu sistemi kullanılan iğne, bistüri, kelebek set, damar kateterleri gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için uygun olmalıdır.
2. Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı dayanıklı sert plastik veya orijinal polipropilenden imal edilmiş olmalıdır. Doğada çözünebilir malzemedan yapılmış olması tercih sebebidir.
3. Kutu üzerinde geriye dönüşüm işareti olmamalıdır.
4. Atık kutusu; kova, kapak ve kilitli kapak üzere üç parçadan oluşmalıdır
5. İç kapakta; iğnelerin, bistüri uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin kolayca çıkarılabilmesi için tırnak bulunmalıdır
6. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfi bulunmalıdır. Kapak kapatıldıktan sonra tekrar açılması mümkün olmamalıdır.
7. Kova sarı, kapak kırmızı renkli olmalıdır.
8. Biyolojik risk taşıdığını belirten uluslararası biyotehlike amblemi ile etiketlenmiş olmalı, üzerinde "Dikkat Kesici-Delici Tıbbi Atık" yazısı bulunmalıdır.
9. Delici kesici alet kutularının hacmi 1,5 litre kapasiteye sahip olmalıdır.
10. Tıbbi atık kutusuna enfekte malzemeler atılırken sabit kalmalı, yere tam oturmalı, kullanımı pratik ve kolay olmalıdır.
11. Tüm numuneler kullanım elverişliliği ve ambalaj uygunluğu açısından Enfeksiyon Kontrol komitesi Dezenfeksiyon Alt Çalışma Yürütme Grubu tarafından denenecektir.

04.01.2019

Dr. Firdeys AKTAŞ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı  
Dip.No: 4493



İ. Doç. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi  
Dip.No: 2073 Dip.Tes.No: 93792





T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

3

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

173

Şartname Numarası : 42877  
Düzenleme Tarihi : 23.07.2018

KOD : J08-088164 /

MALZEME ADI : SPESMEN SAKLAMA KABI (2-3 LT.)

- 1- Kilitli kapaklı ve içindeki materyali göstermeyecek şekilde koyu renkli olmalıdır
- 2- Üzerinde yazılabilir etiket bulunmalıdır.
- 3- Formaldehit çözeltilisinden zarar görmemelidir.
- 4- Plastik olmalıdır.
- 5- Hacmi 2.5 litre olmalıdır.
- 6- İstekli firmalar teklifleri ile beraber 1 adet numune teslim etmelidir, nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.

T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Tıbbi Patoloji ABD  
Tel: 0312 1149

Prof. Dr. Özlem ERDEM  
T.C. G.Ü. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji ABD  
E-posta No: 11333

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN