

J01-01F078

### 420006 Large Needle Driver Teknik Şartnamesi

1. Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 30 derece arasında olmalıdır.
4. Çenelerin her birinin uzunluğu 0,9 cm ile 1,2cm arasında olmalıdır.
5. Enstrümanın toplam uzunluğu 54 cm ile 56 cm arasında olmalıdır.
6. Malzeme 10 ameliyatta kullanılabilir.

Doç. Dr. Süleyman YEŞİL  
T.C.G.Ü.T.F. Cerrahi Hastanesi  
D.01011  
T.C. No: 12779/06-100/01-2019

Prof. Dr. Mustafa ANIL  
T.C. Gaziantep Üniversitesi  
Gaziantep Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip.No:825 - Dip.Tes.No:69781

J01-01F067 PROGRASP FORCEPS (Ş.NO. 42753)

- 1.Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3.Çenelerin kuvveti yüksek - düşük düzeyde olmalıdır.
- 4.Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 38 derece arasında olmalıdır.
- 5.Çenelerin her birinin uzunluğu 2,7cm ile 3,1cm arasında olmalıdır.
- 6.Enstrümanın toplam uzunluğu 54cm ile 58cm arasında olmalıdır.
- 7.Malzeme 10 ameliyatta kullanılabilir.

Doç. Dr. Süleyman YAKIL  
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Diyadinli  
Dip.No: 836 -Dip.Tip: No:69761

Prof. Dr. Süleyman YAKIL  
T.C. Gazi Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip.No: 836 -Dip.Tip: No:69761

**J01-01F068**

**420172 Maryland Bipolar Forceps Teknik Şartnamesi**

1. Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Çenelerin kuvveti orta düzeyde olmalıdır.
4. Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 45 derece arasında olmalıdır.
5. Çenelerin her birinin uzunluğu 1,9cm ile 2,1cm arasında olmalıdır.
6. Enstrümanın toplam uzunluğu 54cm ile 57cm arasında olmalıdır.
7. Malzeme 10 ameliyatta kullanılabilir.

Doç. Dr. Süleyman YEŞİL  
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Uroloji  
Dip.No: 12753 - Dip.Tes.No: 045039

Prof. Dr. Y. KARAGÖZAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip.No: 825 - Dip.Tes.No: 89781



**J01-01F350 HARMONIC ACE EĐRİ KESİCİ (Ş.NO.44713)**

1. Enstrüman Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Enstrüman Harmonic Curved Shears Insert , 420275 ve 420274 Curved Shears ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Enstrüman Tek kullanımlık olmalıdır.

Doç. Dr. Süleyman YEŞİL  
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Üroloji  
Dip.No: 12779 - Dip.Tes.No: 43039

Prof. Dr. Mustafa ONAL  
T.C. Gazi Üni. Hastanesi  
Gazi Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip.No: 825 - Dip.Tes.No: 56781