

VİTRİFİKASYON DONDURMA ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Vitrifikasyon işlemlerinde oosit ve/veya ernbriyo yüklemek için kullanıma uygun olmalıdır,
- 2- Straw iç straw ve dış (koruyucu) straw olmak üzere 2 parça olmalıdır,
- 3- Straw dış (koruyucu) straw takılıken en az 135 mm boyunda, etiketleme (tutamak) kısmı da en az 40 mm boyunda olmalıdır,
- 4- Oosit veya embriyonun yüklendiği yerin tarafını belli eden siyah üçgen belirteç kısım olmalıdır.
- 5- Pürüzsüz ve parlak yüzeye sahip olmalıdır.
- 6- Ürün kullanıcıya tekli steril paketler halinde 10'lu ambalaj şeklinde teslim edilmelidir.
- 7- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır,

Doç. Dr. İsmail GÜLER
T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fak. Mast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Dip.No:13415 Dip.Tes.No: 74527

Prof.Dr.Reşat Gür KARABACAK
T.C. G.U.T.F. Sazi Hastanesi
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Dipl.No:152898
Dip.Tesçil.No:31521