



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2756
İstem Tarihi : 03/01/2019
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 03/01/2019 09:08:00

Malzeme Kodu : J06-065559
Malzeme Adı : COVER SLIP SENSÖRÜ (LAM KAPAMA CİHAZI İÇİN)

LEICA MARKA CV5030 MODEL SLAYT(LAM) KAPAMA CİHAZININ COVER SLIP SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler hastanemiz Patoloji Laboratuvar Ünitesinde kullanılan Leica marka CV5030 model cihazın cover slip sensörü için teklif verecektir.
2. Cihazın parçası orijinali ile değişmelidir.
3. Sensöre teklif verecek firmaların yetki belgesine sahip olması gerekmektedir.
4. Ürünün orijinal olduğuna dair belge Tıbbi Cihaz Bakım ve Onarım birimine bırakılmalıdır.
5. Sensör Leica marka CV5030 model slayt(lam) kapama cihazına uyumlu olacaktır.
6. Değişen parça 1(bir) yıl garantili olmalıdır.
7. Parçanın montajı yapıldıktan sonra çalışır durumda teslim edilecektir.
8. Fabrikasyon hatalarına karşı garantili olacaktır.

 Mehmet UÇAR GAZI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknikeri	HAZIRLAYANLAR  A. Ersin ÜSTÜN GAZI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknisyeni	ONAYLAYAN
---	---	------------------

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi